

מרכז רפואי אסף הרופא	משרד:
הנצחה ק"ל רפואי	יחידה מזמינה:
11/7/14	תאריך:

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
במרכז הרפואי אסף הרופא קיים מכשיר ENG ממוחשב + קלורימטר כ- 20 שנה. המכשיר תוצרת חברת I.C.S. מחשב המכשיר "קרט" ומפאת גילו אינו ניתן לתיקון. המשמעות היא שאין מבצעים בדיקות באופן סדיר כחודש ויותר. כרגע המכשיר מושבת
בכוונתנו לרכוש מכשיר VNG/ENG + קלורימטר מתקדם של אותו ספק בעסקת TRADE IN. במכשיר ישנם 4 ערוצי ENG וערוץ אחד לבדיקת VNG. מערכת VNG היא קלת משקל בעלת 2 מצלמות אינפרא אדום וכיול אוטומטי. במערכת קיימת תוכנה ייעודית איכותית של חברת I.C.S החברה המובילה בתחום זה.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	חברת למי אופ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511382285
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	161,000 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**


1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

כגוף מקצועי באסף הרופא ומהכרותינו את התחום, פנינו לשתי חברות המשווקות מכשירים מתאימים.
בנוסף, פנינו לרופא האחראי על התחום במחלקת א.א. וגרון לשמוע חוות דעתו בעניין.
1. חברת למי אופ המשווקת את המכשירים של חברת I.C.S היא החברה היחידה המוכרת מכשירי
<b>VNG/ENG</b> בארץ לבתי חולים ממשלתיים ולשאר בתי החולים. המכשירים הנ"ל נמכרים גם
באמצעות מכרז של חברת " שראל ". לחברה יש את אישורי אמ"ר הנדרשים.
2. חברת מדטון משווקת בארץ מכשירים של חברת <b>INTERACUSTIC</b> . נציגת החברה ידעה אותי
שנכון להיום לא נמכר אף מכשיר מסוג זה בארץ.
במו"מ טלפוני עם שתי החברות הציעה חברת למי אופ את המכשיר ב- 25% זול יותר מחברת מדטון.
השירות של חברת למי אופ והתמיכה הטכנית שקיבלנו במשך כ- 20 שנה למכשיר הישן מצדיקה את כוונתנו
לרכוש את המכשיר המוצע על ידה.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.  
 חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

**מליה מלך**  
**אגף רפואית**  
**מרכז רפואי אסף הרופא**  
**מנהל תפקיד בעל הסמכות המקצועית**

 חתימה	שם בעל הסמכות המקצועית
--	------------------------