

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

|               |  |
|---------------|--|
| משרד:         |  |
| יחידה מזמינה: |  |
| תאריך:        |  |

מדינת ישראל X קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכוונות של הטובין / השירות / העבודה) |       |
|---|-------|
| רפ"ע  | 3     |
| 7   | 30    |
|   | א'כ"ס |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

|   |                              |
|---|------------------------------|
| שם הספק:                                  | כ"א"ר                        |
| מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה): | 2878 -                       |
| ספק זה הינו:                              | 511271744                    |
| אומדן / שווי ההתקשרות:                    | ספק יחיד _____ ספק חוץ _____ |
| תקומת ההתקשרות                            | 7 "א"כ"ס \$ 17,430           |





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

10 ביוני 2014  
מספרנו: עש/2014-0229  
תיק: 5-1111, 3000

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כ א נ

נכבד,

הנדון: הצטיידות 2014 / אגף ילדים -  
חוו"ד לרכישת מערכת ואקום לטיפול בפצעים

דוא"ל גב' רחמינוב אורנה מיום 21.05.2014 ו-27.05.2014

1. בהתאם לתוכנית ההצטיידות 2014 אושרה רכישת 3 מכשירים עבור בניין ילדים.
2. מדובר במשאבת ואקום בשילוב סט מתכלים של ערכות חבישה וצינורות ניקוז.
3. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' 17105 מיום 26.01.2014 של חב' כמיטק לדגם infoVAC, תוצרת KCI.
4. יש לממש הצעת מחיר 17708 מיום 21.05.2014 של חב' כמיטק עבור 30 מכלים בנפח 500 מ"ל בהתאם לפירוט הבא:
  - א. 10 מכלים בנפח 500 מ"ל עבור ילדים טיפול נמרץ לב.
  - ב. 10 מכלים בנפח 500 מ"ל עבור ילדים כירורגיה.
  - ג. 10 מכלים בנפח 500 מ"ל עבור מחלקת טיפול נמרץ ילדים.

הבהרות

1. דגם זה הינו המחליף של הדגם הסטנדרטי בביה"ח שייצורו הופסק אך המתכלים הנרכשים ע"י ביה"ח נשארים ללא שינוי (למעט מיכל האיסוף).
2. אין בידינו מכשיר לביצוע עסקת טרייד אין.  
יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 3 יח' מכל סוג.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל ולא כפי שרשום בהצעה.

בברכה,

ענבר שושן - Bsc  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעות מחיר

העתקים : גב' ענת מוסקוביץ  
גב' אורנה רחמינוב