

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

| |
|----------------------------|
| עם " חוץ " " אצב " אצב אצב |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

| | | |
|-------|---------------------------|------------------------|
| חתימה | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | שם בעל הסמכות המקצועית |
| | אחראי על ה-11-1111 | אצב אצב |



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6 במרץ 2014
מספרנו: יש/2014-0113
תיק: 1120-9, 5007

פנייה - 2014/1674

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: פנימית ט' - מע' ניטור מודולרית מרכזית/ הרחבה
מכתבה של גבי אורנה רחמינוב מיום 03.03.2013

1. בהמשך לסימוכין נדרש הרחבה של מע' הניטור המרכזית במחלקה.

2. מצב קיים

במחלקה פנימית ט' קיימת מע' ניטור מרכזית אשר נקלטה בתאריך 13.01.2013 וכוללת:

- 9 יח' מוניטורים BED SIDE מדגם T8 של חב' MINDRAY.
- 6 יח' מודול רב פרמטרי מדגם MPM3 עם שתי יציאות IBP.
- 5 יח' מודול רב פרמטרי מדגם MPM9.
- 6 יח' מודול רב פרמטרי מדגם CO2SS לניטור EtCO2.
- תחנת אחות מדגם HYPERVERSOR VI.
- 2 יח' מוניטור נייד דגם T5.

3. הרחבה

נדרשת הרחבה כדלקמן:

- 5 יח' מוניטורים BED SIDE מדגם T8 של חב' MINDRAY.
- 5 יח' מודול רב פרמטרי מדגם MPM9.
- 5 יח' מתלה קיר ייעודי.

הבהרה - מיקום המוניטורים במחלקה יהיה כדלקמן:

- חדר 11 - 1 יח'.
- חדר 12 - 2 יח'.
- חדר 6 - 2 יח'.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. מאחר ומדובר בהרחבת מע' קיימת, קיים הכרח לרכוש את כל המרכיבים מיצרן המע' הקיימת על מנת לאפשר שילוב הקיים עם ההרחבה. למען הסר ספק, לא ניתן לשלב במע' הקיימת תוצרת MINDRAY מרכיבים מיצרן אחר.
 5. מצ"ב הצעת המחיר של חב' בפקס להרחבה מע' הניטור.
 6. אין לממש את סעיף 11 בהצעה. התקנת תשתיות תעשה על ידי חב' מגלקום באחריות גיא מימון מיחידת המחשוב.
- תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים לכל הפריטים הנדרשים, שתחל מיום קליטתם בפועל באתר.

ב ב ר כ ה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר+סימוכין