

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
520036195 - 1773

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	שם הספק:
	מספר הספק
	(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

מפיק
520036195 - 1773
ספק יחיד ספק חוץ _____
"ח.פ. + ח.צ." \$ 19'750

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

<p>אורן אורן</p>	<p>אורן אורן</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>חתימה</p>	<p>שם בעל הסמכות המקצועית</p>	<p>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</p>
--------------	-------------------------------	----------------------------------



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6 ביולי 2014
מספרנו: יש/2014-0382
תיק: 7015, 1125A

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: אגף הדימות/יח' האולטראסאונד -
חוו"ד לרכישת מתמר למכשיר אולטראסאונד דגם IU-22 תוצרת פיליפס

1. ביח' האולטראסאונד באגף הדימות בשימוש מתמר דגם C5-1, מס' סד' RDLG02, שניזוק ותוקן.
2. בעקבות פנייה של פרופ' קונן הוברר כי אין גיבוי ביח' האולטראסאונד של אגף הדימות למתמר זה ולפיכך לא מתאפשרת המשך הפעילות במכון.
לפיכך נדרשת רכישת מתמר חדש, שישמש גיבוי למתמר שתוקן.
רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה לרכישת המתמר החדש.
לא ניתן לרכוש המתמר מספק אחר זולת חב' מדטכניקה ולפיכך יש לראות היצרן חב' פיליפס ונציגתו חב' מדטכניקה ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר