

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומידע הכרוכות של הטובין / השירות / העבודה)
TKK ed d

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מספר הספק:
מספר ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה):	ספק זה הינו:
אומדן / שווי ההתקשרות:	תקופת ההתקשרות:

שם הספק: אריאל  
 מספר הספק: 590036195 - 1473  
 ספק זה הינו: √ ספק יחיד \_\_\_\_\_ ספק חוץ \_\_\_\_\_  
 אומדן / שווי ההתקשרות: 81 + \$ 93455  
 תקופת ההתקשרות:

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

ספק יחיד / ספק חוץ

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

חתימה

שם בעל הסמכות המקצועית

שם בעל הסמכות המקצועית

## נעים גאולה

**מאת:** לביא ברונג  
**נשלח:** יום ראשון 29 יוני 2014 17:08  
**אל:** שדמי יורם, דר  
**עותק:** פיינברג מיכה, פרופ; נעים גאולה  
**נושא:** RE: IE33 מתמר אקו וושט למכשירי

מאשר

בברכה,

**ברונג לביא**  
סמנכ"ל טכנולוגיות ותפעול  
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

**From:** שדמי יורם, דר  
**Sent:** Sunday, June 29, 2014 11:05 AM  
**To:** לביא ברונג  
**Cc:** פיינברג מיכה, פרופ  
**Subject:** FW: IE33 מתמר אקו וושט למכשירי (פיליפס)

שלום רב

בשימוש היח' לקרדיולוגיה לא פולשנית מתמר TEE דגם X7-2T, אשר ניזוק פעמיים ולא ניתן יותר לתקנו (מס' 035QBX).

רצ"ב הצעה לעלות מתמר חלופי חדש.

אודה לאישורך.

ברור כי מדובר בספק יחיד מאחר ורק לחב' פיליפס יכולת לספק מתמר TEE לאולטראסאונד דגם IE-33 המצוי בשימוש מכון הלב.

בברכה,

**ד"ר יורם שדמי**  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית  
מרכז רפואי שיבא

**From:** שדמי יורם, דר  
**Sent:** Thursday, June 26, 2014 2:57 PM  
**To:** פיינברג מיכה, פרופ  
**Subject:** RE: IE33 מתמר אקו וושט למכשירי (פיליפס)

מיכה,

אני פועל בערוצים הבאים:

גיבוי מייד-י הובטח לי ע"י מדטכניקה כי ביום ראשון יינתן מתמר עם מתאם ל-IE-33 כאשר חב' פיליפס תיתן רישוי להפעילו עם המכשיר המצוי בשימושך (המתמר מתאים לדגם SPARQ).

חלופה – ביקשתי ממדטכניקה הצעה למתמר חדש, זאת לנוכח העובדה שהמתמר שלא תוקן ושניזוק תוך חודש 3 פעמים, אין כל יכולת לתקנו.

תיקון – המתמר שהיום לא תקין יישלח לקבלת חו"ד אם כדאי לתקנו.

שבת שלום



בברכה,  
 ד"ר יורם שדמי  
 מנהל המחלקה להנדסה רפואית  
 מרכז רפואי שיבא

**From:** פיינברג מיכה, פרופ  
**Sent:** Thursday, June 26, 2014 2:39 PM  
**To:** שדמי יורם, דר  
**Subject:** RE: IE33 מתמר אקו ושט למכשירי

יורם שלום

אני מודה לך על נכונותך לעזור!  
 מודה לכם (לצוות שלכם בהנדסה רפואית ובעיקר למיקי) על השירות בטיפול במכשירים!  
 בכל זאת אנחנו חלוקים בעניין "הנשיכות" המאובחנות.

לשאלתך: כל בדיקה מתבצעת עם מגן נשיכה.

לא סביר בעיני שנשיכה קוראת בתחילת המתמר מכונן שאיזור זה תמיד עמוק בלוע או בוושט.  
 אפשרות נשיכה יכולה לקראת במידה שהנבדק פולט מפיו את מגן הנשיכה באמצע הבדיקה (בתחילתה נמצא בשליטת הרופא) ואז צפויה במרחק 30-40 סמ מהקצה.

בכל מקרה אנחנו עושים מאמץ רב לשמור על המכשירים האלה מתוך מודעות לכך שעלותם גבוהה, וגם "שבירותם גבוהה".  
 כאשר יש "עבודה" ועל כך יעידו מספר הפעולות, גם הבלאי עולה, והעיסוק במכשירים שמתקלקלים – לחם חוקינו.

תודה רבה

מיכה פיינברג

Prof. Micha S. Feinberg, MD, FESC, FACC  
 Director  
 Non Invasive Cardiology Unit  
 The Heart Center  
 Chaim Sheba Medical Center  
 Tel Hashomer 52561, Israel  
 Fax: +972-3-5302407  
 Mobile: +972-52-6667116

---

**From:** שדמי יורם, דר  
**Sent:** Thursday, June 26, 2014 2:11 PM  
**To:** פיינברג מיכה, פרופ  
**Cc:** אלדר מיכאל, פרופ; גויטע ויקטור, פרופ; שמיס ארי, פרופ  
**Subject:** RE: IE33 מתמר אקו ושט למכשירי

שלום רב

ננסה לטפל במתמר חלופי.

יחד עם זאת, גם מתמר זה, מבדיקתו של מיקי, נגוע בנשיכות אין סופיות, ואני שואל האם משתמשים במגן למניעת נשיכות, ואם התשובה חיובית, כיצד בכל זאת עם המגן מתבצעת פעילות הנשיכה?

בברכה,  
 ד"ר יורם שדמי  
 מנהל המחלקה להנדסה רפואית  
 מרכז רפואי שיבא

**From:** פיינברג מיכה, פרופ  
**Sent:** Thursday, June 26, 2014 2:01 PM  
**To:** שדמי יורם, דר

לכבוד

דר יורם שדמי  
מנהל הנדסה רפואית

יורם שלום,

מיקי השבית היום את המתמר האחרון שהיה לנו לביצוע בדיקות אקו וושט במכשירי IE33.  
מדובר בכלי העיקרי המשמש אותנו באינטנסיביות, לאחרונה כ 10 בדיקות ביום (לביצוע בדיקות אקו וושט).  
לא מפליא שבעומס כזה יתקלקל... אך בכל מקרה אנחנו צריכים להמשיך לתת את השירות ואין לנו כרגע כלי באיכות  
מבקש את עזרתך הדחופה להשיג מתמר אחר לתחילת שבוע הבא.  
אני מצטער שנאלץ לעבוד כך ולחפש פתרונות מהיום למחר, אך זה היה צפוי כאשר משאירים אותנו עם מכשיר בודד

תודה רבה

פרופ מיכה פיינברג

berg, MD, FESC, FACC

ology Unit

cal Center

, Israel

07

67116