

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)			
ספיקה / קצב / גולד / גולד			

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	8015
מספר הספק (ח.פ. / צ.ח. / ע.מ. / מספר עמותה):	510668510 - 1539
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	17,500
תקופת ההתקשרות:	8 ע"ס + 4 ח'



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

8 בספטמבר 2014
מספרנו: יש/2014-0572
תיק: 7004, 1219

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מכון גנטי – תוו"ד לשדרוג רובוט קוצר תאים

במכון הגנטי מצוי רובוט קוצר תאים, דגם Genie MRH 205; מס' סד' 2H32, שהוזמן בסוף 2007 ובתחילת שנת 2008 נקלט במעבדה לציטוגנטיקה שבמכון הגנטי.

מדובר במכשיר יחיד וייחודי המשמש לקצירה ועיבוד משטחים של תאים עובריים ממי-שפיר וסיסי שליה מתרביות חד-פעמיות בעלות חשיבות קלינית.

הרובוט תקול ובהתאם לבדיקת סוכן היצרן בארץ הוברר שקיים צורך להחליף את כרטיס המשאבה הראשי (Pump Board) שעלותו 9400 ליש"ט ללא מע"מ.

עלות שדרוג הרובוט לגירסה עדכנית עומדת ע"ס 17,500 ליש"ט ללא מע"מ. במסגרת השדרוג מוחלפים כל קרבי הרובוט ובכללם משודרגת משאבת הוואקום למשאבה המבוססת על בוכנות קרמיות בכמות 5 יח' במקום 25 בוכנות פריסטלטיות, בתוך שרוולי סיליקון, שדיוקה רב פי 10 מזו הקיימת ועמידותה לאורך זמן גבוהה לאין שיעור מזו הקיימת.

סוגיית המשאבה הינה קריטית עקב הפעילות המאסיבית עם המכשיר במעבדה.

לנוכח עלות החלפת הכרטיס מומלץ לממש השדרוג המוצע תוך קיום מו"מ בסוגיית העלות הסופית.

יש לשים לב כי אי ביצוע השדרוג טומן בחובו עלויות נוספות למרכיבי המכשיר שהינם בלויים ואין יכולת להעריך את אורך חייהם.

השדרוג יכלול תקופת אחריות של שנתיים לפחות על כל המרכיבים ולא שנה כפי שנרשם.

מימוש השדרוג בהתאם להצעת חב' זוטל מס' 58628 לפריט 1 בלבד.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל;
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

להבהיר כי מדובר בספק בלעדי של השדרוג מאחר וחבי' זוטל מהווה את הסוכנות הבלעדית של היצרן Genial, שרק לו היכולת לבצע השדרוג לרובוט שמתוצרתו.

מדובר בצורך קריטי וחיוני המחייב פעילות מיידית ודחופה.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר+תכתובת

העתקים: דר' אסתר גויטע
דר' ליאת עבו-גוטשטיין