




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה :	קרי גילוב	מס' ועדה :	141368
מחוז הרכישה :	מזרע סולר 2 למצבת (ECLIPSE) מ"מ 7.5		
סכום הרכישה מטבע ספק :	\$ 18408	ערך בשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	מ"מ גילוב		

הוועדה התכנסה בתאריך 23.8.14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת חשגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים :

 שמעאל עמר	 עו"ד רות פרי	 יוסי עזר
 מיכל אריזלי		 שלמה בן-ציון

תאריך: 17.09.2014
סימוכין: 13-09

לכבוד:

רכש

הנדון: חוזה שרות לשתי מערכות לבדיקת פוטנציאלים מעוררים – חדר ניתוח

ב.ח.נ., ישנם שתי מערכות למדידת פוטנציאלים מעוררים שבעזרתם מתבצעים ניתוחי נוירוכירורגיה. בעזרת המדידות המנתחים יודעים איך להגיע לאזורים שצריכים לטפל בהם, בלי לגרום נזק או למזער את הנזק כדי לאפשר למנותח תפקוד כמה שיותר רגיל.

שתי המערכות כבר בנות 4 ו-6 ותקלות מתחילות להופיע.

חברת מדטרוניק ישראל הינה הספק הבלעדי המוסמך ע"י היצרן MEDTRONIC ולכן רק עם ספק זה ניתן לבצע התקשרות למתן שרות למערכות אלו

בברכה

דורון לאקה

ר"צ חדר ניתוח והנשמה

דורון לאקה
ראש מדע
חדר ניתוח והנשמה
מרכז רפואי איכילוב ת"א