

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
TEL AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler Faculty of Medicine  
Municipality of Tel Aviv-Yafo



מדינת ישראל  
משרד הבריאות  
המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי  
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
עיריית תל-אביב-יפו

**אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד**

מס' ועדה :	141375	מנן / רפואי ארזי	יחידה מזמינה :
מהות הרכישה :	האגף מני קנין (P.W SOURCE 68) איני PETCT		
סכום הרכישה מטבע ספק :	ערך בשקלים :	88500	
ספק פוטנציאלי :	י. א. מקיף		

הוועדה התכנסה בתאריך 7.10.14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים :

<u>שמואל עמר</u> נצ"ר	<u>עו"ד דות פרי</u>	<u>יוסי שחר</u>
<u>מיכל ארזי</u>	<u>עירי מוזא</u>	

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל: 03-6973208  
פקס: 03-6973440

29 בספטמבר 2014

סימוכין: 08-09

לכבוד  
וועדת רכישות  
כאן

אדונים נכבדים,

**הנדון: החלפת (רכישת מקור קרינה מסוג Pin Source GE68) עבור מערכת PET/CT במכון רפואה גרעינית**

במכון לרפואה גרעינית מותקנת מערכת PET/CT – מדגם Discovery 690, מס"ד ביי"ח: 00756, יצרן: חב' G E, סוכן: חב' "G E HEALTHCARE", הכוללת מקור קרינה מסוג Pin Source GE68. במערכת PET/CT יש צורך להחליף מקור קרינה עקב החלשות המקור מסוג Pin Source GE68, שעל פי הוראות היצרן נדרש להחליפו כל 18 חודשים. בפעם האחרונה שהוחלף המקור במערכת היה בתאריך 10.4.2013. המקור נדרש לכיול יומי, לכיול המערכת באופן כללי ולכיול במהלך טיפול מונע. נכון להיום, המקור חלש מאוד, כשהמקור חלש, עלולות להופיע בעיות מגוונות ושונות בתפקודי המערכת ופגיעה באיכות התמונה. ממליץ לרכוש מקור קרינה מסוג Pin Source GE68 חדש. היותו מקור קרינה זה הנו חלק מהמערכת, יש לראות בו השלמה למערכת הקיימת ובחב' "G E" ספק יחיד למקור קרינה מסוג Pin Source GE68 מקורית למקרה זה.

בברכה,  
  
שמריה מוזיקאנט  
ראש מדור תחום דימות ואונקולוגיה