

מכרז מס' 33/2014
אספקת מכשיר GCMS עבור היחידה לציוד בין מכוני (צב"מ)
במינהל המחקר החקלאי

**תיקון/שינוי מספר פריטים בדרישות המפרט הטכני בסעיף 7 במסמכי המכרז
כמפורט:**

7.א. מפרט למכשיר MS	
הסעיף כפי שהופיע במכרז המקורי:	תיקון הסעיף:
סעיף 2: מקור יונים EI אינרטי כאשר האנרגיה שלו ניתנת לשינוי ע"י המשתמש בטווח של 5-240 eV לפחות עם אפשרות חימום עד 350°C .	מקור יונים EI אינרטי כאשר האנרגיה שלו ניתנת לשינוי ע"י המשתמש בטווח של 10 – 100 EV לפחות עם אפשרות חימום עד 350°C .

7.ב. מפרט למכשיר GC	
הסעיף כפי שהופיע במכרז המקורי:	תיקון הסעיף:
סעיף 1: נפח פנימי של התנור יהיה לפחות 13.5 ליטר.	נפח פנימי של התנור יהיה לפחות 13.0 ליטר
סעיף 2: יכולת חימום של התנור החל מ- 4°C מעל טמפ' החדר ועד 450°C , מהירות חימום מירבית מעל $100^{\circ}\text{C}/\text{min}$, קירור מ- 450°C ל- 50°C תוך 4 דקות או פחות, תוכנית החימום תכלול 15 רמפות לפחות עם אפשרות לרמפה שלילית.	יכולת חימום של התנור החל מ- 4°C מעל טמפ' החדר ועד 450°C , מהירות חימום מירבית מעל $100^{\circ}\text{C}/\text{min}$, קירור מ- 450°C ל- 50°C תוך 4 דקות או פחות, תוכנית החימום תכלול 9 רמפות לפחות עם אפשרות לרמפה שלילית.

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את המסמך חתום על ידו.