



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה :	141302	חבר ניהול א/ר/אורי	יחידה מזמינה :
מהות הרכישה :	LACTOSORB		
סכום הרכישה מטבע ספק :	200,000 ₪	ערך בשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	לקי		

הוועדה התכנסה בתאריך 5.11.14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים :

שמואל עמר	עו"ד רות פרי	יוסי שחר
מיכל אריאלי		עירי בוגז



מסמך זה הינו ייעודי להתקשרות המרכז הרפואי תל אביב ביולי 2012

30/07/2014

לכבוד
ועדת מכרזים
כאן

הנדון: מערכת LactoSorb® SE

המערכת מיועדת לניתוחים בתחום הכירורגיה הקרניו- פציאלית.
למיטב לידיעתי זוהי המערכת היחידה אשר קצב ספיגת הפלטות (עד שנה) מוכח קלינית.
לפלטות המערכת חוזק זהה לחוזקן של פלטות טיטניום בזמן הנחתן לאחר כ - 8 שבועות, 70% מחוזקן עדיין נשמר

המערכת מיועדת לאינדיקציות הבאות:

- Infant craniofacial surgery
- Pediatric reconstructive procedures
- Pediatric mid-face and craniofacial trauma
- Craniotomy flap fixation
- Brow-lift procedures
- Bone-graft procedures in the mid-face, mandible or craniofacial skeleton
- Trauma and reconstructive procedures of the mid-face or craniofacial skeleton, including frontal, parietal, temporal, sphenoid and occipital bones
- Fractures of the maxilla, zygoma, zygomatic arch, orbital rim, frontal sinus wall, nasal, ethmoid and lacrimal bones
- Iliac crest graft cover
- Mandibular osteotomies
- Tumor reconstruction in the mid-face or craniofacial procedures
- Lefort fractures (I,II,III)

על בסיס הידע הנצבר בח.נ וממרכזים מקבילים נוספים בארץ ובעולם מדובר במערכת בעלת תכונות ייחודיות לאינדיקציות הנ"ל ולכן אבקש לאשרה כספק יחיד ובלעדי למקרים הנדרשים.

אבקש לאשר את חב' בפקס יצרנית המוליכות כספק יחיד לטובת העניין.

בברכה,
אתי עוזיאל
אחראית ח.נ.