

מדינת ישראל/משרד החקלאות  
מינהל המחקר החקלאי  
מכון וולקני

ועדת המכרזים המרכזית  
ועדה מיום 26/11/2014

מס' פטור : 705

סעיף פטור : 3(29)

הנדון: רכישת מכשיר בליעה אטומית

שם החברה/הספק Parkin Elmer Israel. Ltd

ח.פ. : 514913532

היקף ההתקשרות : 72,233.70 ₪ (כולל מע"מ) לפי הצעת המחיר של החברה

דיון והחלטה

ביום 2.11.2014 פורסמה כוונה להתקשרות עם ספק יחיד במערכת מנוף (מס' פנייה 559261).


התקבלו שתי השגות : גבי טל רגב משה מחברת ISI ומר אלעד גלאון מחברת ברגל.

גבי טל רגב הסירה את השגתה לאחר קבלת חוות הדעת שפורסמה במנוף.


לעניין השגתה של חברת ברגל, הוועדה דנה בשנית בנושא וקיבלה הסברים ממומחה התוכן במנהל ובחנה שוב את הנימוקים להיותה של החברה ספק יחיד בעניין. נימוקיו של מומחה התוכן מפורטים במכתבו הרצי"ב.


הועדה מקבלת את הסבריו של מומחה התוכן, שהינו החוקר אשר יעשה שימוש במכשיר, בעניין ודוחה את ההשגה שהתקבלה..

ההתקשרות עם חברת Parkin Elmer Israel. Ltd מאושרת.

  
נציג היחידה  
אלמר ישראל

מוטי ניר - חבר

  
אילנית זרנר  
חשבת המינהל

  
מיכל שופר  
נציגת  
יועצת משפטית

  
אמיר גנאור  
יו"ר הועדה

לשימוש הקניין

אופן רכישה : 23 – פטור ממכרז  
סיבת פטור : 01 – 3(29) ספק יחיד  
פריט התחייבות : 33-02-02-02

State of Israel / Ministry of Agriculture  
and Rural Development  
Agricultural Research Organization  
The Volcani Center  
Institute of Soil, Water and  
Environmental Sciences  
Dept. of Soil Chemistry and Plant  
Nutrition



מדינת ישראל / משרד החקלאות  
ופיתוח הכפר  
מינהל המחקר החקלאי  
מרכז וולקני  
המכון למדעי הקרקע, המים  
והסביבה  
המחלקה לכימיה של הקרקע  
והזנת הצמח

יום רביעי 12 נובמבר 2014

לוועדת הרכישות

**הנידון: חוות דעת בתגובה לערעור של חברת ברגל על ספק יחיד**

אין אנחנו מערערים על כך שקיימים בשוק יצרנים נוספים של מכשירי בליעה אטומית כולל חברת Thermo Fisher Scientific (סעיף 1 בערעור). הבקשה לאשור ספק יחיד הייתה מבוססת על נימוקים אחרים שמופיעים בחוות הדעת.

הערעור של חברת ברגל מבוסס בעיקרו (סעיפים 2, 3 ו-4 בערעור) על ההנחה השגויה שהדוגם האוטומטי שלנו הוא דוגם אוניברסלי מתוצרת Cetac ולכן ניתן לחבר אליו מכשיר בליעה אטומית מתוצרת חברת Thermo-Fisheretac שאותה הם מייצגים. הדוגם האוטומטי שלנו הוא AS 93plus תוצרת Perkin Elmer וניתן לחיבור רק למכשיר מכשיר בליעה אטומית תוצרת Perkin Elmer. המערער מבקש לדעת בן כמה הדוגם ושואל האם לא הגיע העת להחליפו יחד עם המכשיר. הדוגם נקנה עם מכשיר הבליעה אטומית ב- 2005, כלומר בן 9 שנים. מניסיוני עם דוגם זה ודומים לו במכשירים אחרים אורך החיים של הדוגם ארוך בהרבה מזה של מכשיר הבליעה האטומית ואני מעריך שהוא ישרת אותנו לכל אורך תקופת החיים של מכשיר הבליעה החדש.

בסעיף 6 של הערעור נטען כי היתרון של שימוש במנורות הקיימות במכשיר החדש זניח וחוק חובת המכרזים אינו מתיר כלל שימוש בטיעון מעין זה. איני משפטן ולכן לא אשיב לגבי החלק השני של הטענה, אך מבחינה טכנית המנורות הן מרכיב חשוב במכשיר והעלות שלהן כלל לא זניחה, עלות כול מנורה כ- \$ 1000 ויש לנו 19 מנורות שונות, כך שהעלות הכוללת היא \$ 19,000, גבוהה מעלות המכשיר עצמו! ניתן אומנם בעזרת מתאמים מיוחדים להתקין מנורות תוצרת חברה אחת במכשיר תוצרת חברה אחרת אך הדבר פוגע בדיוק ויציבות הקריאות ועל כן באמינות וההדירות של האנליזות במכשיר. לכן לדעתי ההליך של ספק יחיד היה נכון ומוצדק מבחינה מקצועית.

בברכה

ד"ר אשר בר-טל

**הגדון: ערעור על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - רכישת מכשיר בליעה אטומית**

- בהמשך לכונתכם להתקשר במכרז עם ספק יחיד לרכש של מכשיר בליעה אטומית מתוצרת Perkin Elmer מדגם 400AA הריני להעלות על הכתב את ההסתייגויות הבאות כמו גם להעלות מספר שאלות:
1. ברגל ציוד אנליטי בע"מ (להלן "החברה") מוכרת מכשירי בליעה אטומית מתוצרת חברת Thermo Fisher Scientific שהיא מהיצרנים המובילים בעולם לציוד אנליטי בכלל ולמכשירי בליעה בפרט.
  2. חלק ניכר ממכשירי הבלעיה האטומית עובדים עם דוגם אוטומטי מתוצרת Cetac שהוא דוגם אוטומטי אוניברסלי (דהיינו עובד עם יותר ממכשיר אחד לרבות המכשירים אותה משווקת החברה).
  3. למיטב ידיעתנו זהו הדוגם איתו עובדים במעבדה כיום. במידה וכך הם פני הדברים הרי שאין עילה לבקשה לפטור ממכרז.
  4. במידה והדוגם אינו מתוצרת Cetac נבקש לדעת בדחיפות בן כמה הדוגם והאם לא הגיע העת להחליפו יחד עם המכשיר.
  5. יתר על כן, במחיר האמור יכול המשרד לרכוש מכשיר + דוגם ועל כן לא ברורה כלל הכוונה שלא לצאת למכרז פתוח ולאפשר רכישה במחיר שלא יפגע במשלם המיסים.
  6. אין בכוונת הח"מ להתייחס לעניין המנורות שכן מחירן הוא זניח יחסית, ואכן חוק חובת מכרזים אינו מתיר כלל שימוש בטיעון מעין זה.
  7. לתשובתכם הדחופה אודה.

בברכה,

אלעד גילאון  
סמנכ"ל מכירות



Elad Gillon, MSc  
Vice President of Sales  
Bargal Analytical Instruments Ltd  
1 Negev St, Airport City 7010000  
Israel

Phone +972-(0)3-9796-533  
Fax +972-(0)3-9796-538  
Mobile +972-(0)52-4311-291  
[elad@bargal.co.il](mailto:elad@bargal.co.il)  
[www.bargal.co.il](http://www.bargal.co.il)

(1)

מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני  
ועדת המכרזים המשרדית

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

\*\*\*\*\*

תאריך: 29.11.2014

כוונה להתקשרות - ספק יחיד

אישור פרסום כוונה להתקשרות בפטור - בצרוף חוות דעת מומחה:

הועדה מאשרת את הפרסום האמור, לאחר ששוכנעה לאור חוות הדעת והסברי המזמין כי מדובר בספק יחיד לפי תקנה:  (29)3 ספק יחיד

(31)3 התקשרות עם תושב חוץ

פטור מס' (פנימי): 705

יחידה מבקשת תקיפה ומק

נושא כטלת נכסור באיסוף אלוטור

התקשרות עם ספק Parkin-Elmer Israel / LTD מס' ספק 514913532

שווי ההתקשרות בש"ח כולל מע"מ 72,933.70 תנאי תשלום:


שווי ההתקשרות במטבע \_\_\_\_\_ כולל 30% הוצאות ייבוא / ללא הוצאות ייבוא/ כולל 18% מע"מ

תקופת ההתקשרות מ: 19.11.2014 עד 30.6.2015 (מקני איספקה יתקף לא החברה)


איש קשר לקבלת השגות מהציבור: יעל שלוש


דואר אלקטרוני Yaelsh@agri.gov.il

הסכם:  כן מס' הסכם  לא

  
נציג היחידה  
אלעזר דני ס

  
מוטי ניר  
חבר ומיימ יו"ר הועדה

  
אילנית ורנר  
חשבת המינהל

  
ע"ד מיכל סופר  
נציגת היועצת המשפטית

אמיר גנאור  
יו"ר הועדה

\*\*\*\*\*

~~הנדון: אישור התקשרות בפטור לפי תקנה: (29)3 ספק יחיד / (31)3 התקשרות עם תושב חוץ~~

~~החלטת הועדה מיום: \_\_\_\_\_~~

~~החלטה~~

~~בחלוף ימי הפרסום כדין ובהעדר השגות, וועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות הנ"ל בפטור ממכרז לפי תקנה (29)3 / (31)3 בהתאם לנתונים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים לאישור פרסום כוונת התקשרות.~~

נציג היחידה

מוטי ניר  
חבר ומיימ יו"ר הועדה

אילנית ורנר  
חשבת המינהל

ע"ד מיכל סופר  
נציגת היועצת המשפטית

אמיר גנאור  
יו"ר הועדה