







אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה:	141383	מחלקה (טל) / יחיד:	מחלקה הטלויזיה
מהות הרכישה:	BECKMAN COULTER מילימטר / מילימטר		
סכום הרכישה מטבע ספק:	₪ 76,000	ערך בשקלים:	
ספק פוטנציאלי:	רזב		

הוועדה התכנסה בתאריך 5.11.14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:

 שמואל עזר	 עריד רות פוני	 יוסי שחר
 מיכל אריאני		 עריד רות פוני

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

22 באוקטובר 2014

סימוכין: 07-10

לכבוד
וועדת המכרזים
באן

אדוניים נכבדים,

**הנדון: חידוש חוזה שרות לשנת 2015 למכשירי מונה דם תוצרת BECKMAN
COULTER במעבדת המטולוגיה**

מדובר על 12 מכשירי מונה דם מתוצרת חברת BECKMAN COULTER, כמפורט בטבלה הבאה:

מס'	דגם	מס' סידורי	מס' ביה"ח	תאריך התקנה	מיקום	הערות
			02935	28-02-06	מע' המטולוגיה	
1	LH500	AJ48418	18650	10-06-14	מע' המטולוגיה	חדש- הוחלף ב 2014
2	DXH800	AW05069	02931	10-01-06	מע' המטולוגיה	
3	LH750	AH50863	02937	8-05-04	מע' המטולוגיה	יוחלף בחדש דגם DXH800
4	LH750	AH06065	14254	28-11-10	מע' המטולוגיה	
5	LH750	AN42167	02932	6-02-06	מע' המטולוגיה	
6	SLIDE MAKER	AF45145	03426	26-12-06	מע' המטולוגיה	
7	SLIDE MAKER	AK06044	14253	31-10-12	מע' המטולוגיה	
8	SLIDE STAINER	AU23039	03090	26-02-07	מע' המטולוגיה	
9	IMAGE 800	8027	02938	30-10-06	ב"ח דנה מיון	
10	ACT DIFF	AK36707	03798	26-04-07	מע' השתלת מוח עצם	
11	ACT DIFF	AL11241	02934	17-05-05	ב"ח דנה מיון	
12	ACT DIFF	AJ13449				

לאור חיוניותם של כל המכשירים ברשימה, במורכבות הכרוכה בתחזוקה שוטפת, טפולים תקופתיים יזומים וטפול מיידי בתקלות המחייבות ידע מקצועי מוסמך ורחב, חלקי חילוף זמינים וכלים נוספים, ממליצה לחדש את חוזה השרות למכשירים הנ"ל, בדומה לשנה קודמת.

היות וחברת טבע מדיקל הינה הנציגה הבלעדית והרשמית בארץ של היצרן (BECKMAN COULTER) במכשירים אלה, חברה זאת הינה היחידה שמסוגלת לתת שרות תחזוקתי לצידוד הנ"ל ויש לראות בה ספק יחיד.

לאור נתונים אלה, ממליצה לחדש את חוזה השרות עם חברת טבע מדיקל החל מה 01.01.2015 למשך שנה נוספת.

בברכה,

לנה ויסמן
ראש מדור פנימיות ומעבדות
מחלקת הנדסה רפואית