



**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	ביה"ח שמואל הרופא
תאריך:	2/12/14

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
רכישת מערכות מתוצרת "ארליסנס" המאפשרות ניטור של דופק, קצב נשימה ותנועתיות של חולים ומסייעות בזיהוי הידרדרויות במצבם של חולים ובמניעת נפילות.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא  
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	ארליסנס בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ./מספר עמותה)	513609552
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	408,000 ₪, ללא מע"מ
תקופת ההתקשרות:	5 שנים

## שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

### נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

המרכז הרפואי הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא, מעוניין ברכישת מערכות מתוצרת "ארליסנס".  
למיטב ידיעתנו מדובר במכשיר היחיד המסוגל לנטר באופן רציף מגוון מדדים של המטופל, לרבות דופק וקצב נשימה. כמו כן, המכשיר מסוגל ליתן חיווי על תנועותיו ושינויי תנועה וכן להתריע בפני סכנת נפילה של מטופלים מהמיטה. הניטור והחיווי מתבצעים ללא מגע ישיר עם החולה, אלא באמצעות סנסור המונח על בסיס המיטה מתחת למזרון.  
למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד המסוגל לספק מכשיר בעל התכונות כמפורט לעיל. נעשו ניסיונות לאתר ספקים נוספים המציעים מערכת דומה, בעלת אישור אמ"ר. ניסיונות אלה כללו: חיפוש באינטרנט, שיחות עם גורמי הנדסה רפואית בבתי חולים שונים ושיחות עם גורמים העוסקים ברכש מכשור רפואי עבור בתי חולים.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

אהובה צברי	ס. מנהלת הסיעוד	צברי אהובה מנהלת סיעוד ראשית 103346
משה אבשלום	ע. מנהלת אדמיניסטרטיבית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה