

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (דקל ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
ספק חוץ - 4 חבילות של 500 גרם של סוכר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	
מספר הספק (ח.מ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה):	
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	
תקופת ההתקשרות:	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

29 ביולי 2014
מספרנו: יש/2014-0435
תיק: 3-1125

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: שידרוג מכשירי אולטראסאונד תוצרת GE באגף גניקולוגי

דוא"ל מתאריכים 2.6.14, 3.6.14, 11.6.14

1. בהתאם לסימוכין מדובר בשידרוג המיכשור הקיים כמפורט להלן:

א. שידרוג דגמי VOL I/E בכמות 10 יח' לדגם VOL P6BT12
שידרוג דגמי VOL 730 בכמות 6 יח'

ב. שידרוג דגמי VOL E6BT10 בכמות 3 יח' לדגם VOL E8 EXPERT BT13
שידרוג דגמי VOL E8 EXPERT BT10 בכמות 1 יח'

הבהרה:

רכישת דגם VOL E10 אינה ניתנת לפי שעה למימוש.
הערכה כי רק בחודשים ספט-אוק' 2014 ניתן יהיה לספק המידע (הבקשה היתה לכמות 3 יח').

2. הבהרות:

- הדגם הישן ביותר הקיים הינו VOL 730 אינו מיוצר 4 שנים.
- דגם VOL P6 BT12 מבוסס על טכנולוגיה חדשה ומובנה בקונפיגורציה חדשה. המקלדת גדולה וקלה לשימוש (לא בתצורת LAPTOP). מסך שטוח, איכותי, בגודל "High Resolution 15". חיבור סימולטני של 3 מתמרים עם מיקום מאובטח בפני נפילות אקראיות.
בעל כושר ניידות טוב, קומפקטי ובעל חוזק מבני התואם לעבודה רציפה עם כמות משתמשים גדולה.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

- דגם VOL E8 EXPERT BT13 כולל בעיקרו שדרוג חומרה ותוכנה על מנת לקבל שיפור משמעותי באיכות ההדמייה ותוספת טכנולוגיה חדישה הקרויה HD LIVE המאפשרת קבלת תמונת עובר ברזולוציה מדהימה עם אפשרות למתן דגש לאזור ספציפי על מנת לאבחן אופן ההתפתחות של העובר.
- עלות עיסקת חליפין למיכשור הקיים מדגם VOL 1/6 ו-VOL 730 הינה \$ 3000 לתי ללא מע"מ (דוא"ל חב' אלדן מיום 24.7.14).
- דגם VOL E6 BT10 בכמות 2 יח' מצוי ביולדות (מס' סד' D52958) ובניטור עוברי (מס' סד' D52961). יש לקבל החלטה איזה מבין השניים ישודרג לדגם VOL E8 EXPERT BT13.

3. עלויות

א. עלות שידרוג לדגם VOL E6 BT12 :

העלות לפני TRADE-IN הינה \$ 31,550 ללא מע"מ

העלות לאחר TRADE-IN הינה \$ 28,550 ללא מע"מ

עבור 16 מכשירים העלות הכוללת הינה \$456,800 ללא מע"מ (בעיסקת TRADE-IN), הכוללת לכל מכשיר מתמר CONVEX CURVE ARREY, דגם 4C-RS בתדר 2-5MHz ומתמר MICRO CONVEX דגם E8C-RS בתדר 4-9MHz.

ב. שידרוג לדגם VOL E8 EXPERT BT13 הינה \$ 24,000 ללא מע"מ.

עבור 4 מכשירים העלות הכוללת הינה \$ 96,000 ללא מע"מ. לעלות זו יש לחוסיף סך של \$ 40,000 ללא מע"מ עבור 2 מתמרים לכל מכשיר (דגם RAB4-8-D בתדר 4-8MHz ודגם RIC5-9-D בתדר 5-9MHz). העלות הכוללת ל-4 מכשירים כולל המתמרים הינה \$ 136,000 ללא מע"מ

ג. סה"כ עלויות \$ 592,800 ללא מע"מ ואחריות 24 חודשים.

הערה: עלות מכשיר חדש בכמות 1 יח' עומדת ע"ס כ-\$ 150,000 ללא מע"מ. העלות כוללת שידרוג כמות 20 מכשירים לגירסה העדכנית ביותר.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית