

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
כ"ל - חשב הכללי - מ"מ

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מספר הספק
מס' 1612 - 557999965	(ח.פ./ ח.צ./ ע.מ/ מספר עבודה)
ספק זה הינו:	אומדן / שווי ההתקשרות:
ספק יחיד _____ ספק חוץ _____	14,500
תקומת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

<p>אורן יוסף</p> <p>חוב"ק</p> <p>לפי סעיף 1</p>	<p>אורן יוסף</p> <p>חוב"ק</p> <p>לפי סעיף 1</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>חתימה</p>	<p>שם בעל הסמכות המקצועית</p>	<p>שם בעל הסמכות המקצועית</p>
--------------	-------------------------------	-------------------------------



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

9 בדצמבר 2014
מספרנו: יש/2014-0694
תיק: 3503

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.ן
נכבדי,

הנדון: מח' עיניים/מכשיר הדמייה תוצרת היילדברג –
תוספת מודול להדמייה ULTRA WIDEFIELD MODULE
תכתובת מיום 1.12.14

בשימוש מח' עיניים מכשיר הדמייה המשלב צילומי ICG ו-FLUORESCHEIN עם הדמיית OCT הכולל סורק לייזר ממוחשב המבוסס על סריקה דרך מיקרוסקופיה קונפוקלית לצורך ביצוע הדמיית כלי דם בכורואיד (שמתחת לרשתית) באמצעות ICG. הפלורסצין משמש להדמיית כלי הדם של הרשתית והרשתית עצמה.

באמצעות הטומוגרפיה הקוהרנטית המבוססת על אינפרומטריה וגלי אור בתחום IR ניתן לקבל תמונות תלת-מימדיות של הרשתית (בחתכים כדוגמת CT או MRI) המהוות נדבך חשוב באיבחון מחלות ברשתית וגלאוקומה.

בשיטה חודרנית זו, הקרינה אינה מייננת וזה יתרונה המשמעותי.

פרופ' מויסייב מבקש להוסיף מודול למערכת הקיימת כדי לאפשר הדמייה של שינויים קליניים בפריפריה של הרשתית, זאת עקב קיום חולים הסובלים מ-diabetic retinopathy (מחלת עיניים עקב סכרת).

מדובר במודול אופטי הכולל עדשות בעל זווית רחבה (Wildfield) ותוכנה המאפשרות הדמייה בזווית מירבית של 102° (הזווית המירבית הקיימת כיום מוגבלת ל-30° בלבד) לצורך סריקת ICG ו/או Cross Polarized IR-1 fluorescein. התוכנה מאפשרת תיעוד של תמונות ושל סרט וידאו בו-זמנית של הדמיית ICG ו-fluorescein (FA).

מאחר ומדובר בתוספת למכשיר קיים, יש הכרח לרכוש המודול מיצרן המכשיר הקיים חב' היילדברג גרמניה.

רצ"ב הצעת חב' טרדיס-גת אותה מומלץ לממש.

לנוכח הנ"ל ניתן לראות ביצרן ובנציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

ההזמנה תכלול תקופת אחריות של שנתיים (ניתנה שנה אחת בלבד).

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתק: פרופ' י. מויסייב