

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: (מכרזים נ"ח שלב א)	
יחידה מזמינה: י"ח אצ"מא תל"ד א"ת	
תאריך: 1.01.15	

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
שירותי איתור וטיפול בסיכונים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק: אסל	
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה): 514508712 - 45000	
ספק זה הינו: <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ	
אומדן / שווי ההתקשרות: 110519	
תקופת ההתקשרות: 12 חודשים	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות::

על	חוב	לפי	ג'ים	רז

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך
ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

(-)	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית
חתימה	קובץ ג'ים רז	רז ג'ים

אגף הדימות

ו' טבת, תשע"ה
28 דצמבר, 2014

לכבוד
אריה שלומוב
כאן.

מר שלומוב הנכבד,

הנדון: שדרוג שני מכשירי US סימנס – היחידה לדימות השד במרכז מירב.

ביחידה לדימות השד שבמרכז מירב קיימים שלושה מכשירי US המוגדרים כ-HIGH END. בין שאר הציוד שני מכשירי US מתוצרת חברת סימנס מדגם ACUSON S2000 שרכשנו לפני כשש שנים, ואינם עומדים ביכולות הטכנולוגיות החדשות בתחום ה-US בכלל ובפרט במכשור החדש מתוצרת חברת סימנס, בהדגש של בדיקות שד. אנו מבקשים לשדרג את שני המכשירים הקיימים ליכולות של המכשור החדש של סימנס מדגם S2000 HD.

להלן תמצית היתרונות שהשדרוג יביא שאינם קיימים במכשיר הנוכחי:

1. מסך חדש :

עלייה של 50% במספר הפיקסלים. עלייה של 50% ב-PIXEL DENSITY. החלפה ממסך LCD 19" למסך HD LED 21.5". זרוע מסך חדשה המאפשרת גמישות נוספת בתנועה. מקליט וידאו דיגיטלי. שיפור השמע באמצעות טכנולוגיית STEREO. DIGITAL AUDIO. הגדלה של התמונה בפקס ב-20% ללא הגדלת נפח הקובץ הנשמר.

2. תוכנות:

הגדלת ROI-region of interest. אפשרות להגדלת התמונה על כל המסך. CONTRAST – תוכנות מתקדמות להדמיה עם חומרי ניגוד: Multi-modality review - תוכנה המאפשרת להציג במקביל תמונת אולטרסאונד בזמן אמיתי ותמונת ארכיון של אולטרסאונד קודם, ממוגרפיה, MRI וכו'. מאפשר השוואה עם ממצאים קודמים או שנראו באמצעי הדמיה אחרים. Easy Image – Multi Parameter - מאפשר שיפור אוטומטי של התמונה לאורך כל מהלך הבדיקה. מפחית באופן משמעותי את הצורך בשימוש בכפתורי המערכת. (מתמרים 6C1,18L8).

3. תוכנות IQ:

Virtual Touch IQ – תוכנה המאפשרת למפות את מידת הקשיחות של הרקמה ומאפשרת מדידה של מהירות הזרימה של ה-shear wave. הטכנולוגיה הזו עוזרת לאפיין את הרקמה ולהבדיל בין ממצאים שונים.

4. נוחות העבודה:

שינויים רבים המשפיעים על נוחות העבודה. לדוגמא: מהירות תגובת המקשים והעבודה השוטפת, הגדלה של גודל הגופן, הגדלה של אזור הכפתורים המשתנים, מהירות ה-track

ball עלתה. אפשרות לבחירת גודל המסך הנח לעבודה, שיפור התמונה נעשה באופן
אוטומטי לאורך כל הבדיקה, ללא צורך בלחיצת כפתור כלשהוא.

יש לראות במציעה, חברת נבו מדיקל בע"מ ספק יחיד לצורך שידרוג זה, היות והיא נציגתה
הבלעדית של היצרן, חברת סימנס, בישראל (בין השאר לציווד US), ורק לה הידע, התוכנות
והחומרות המתאימים לביצוע השידרוג. אין ספק מתחרה לפעולה.

אודה על טיפולך,

בברכה,



יוסי ורד
רנטגנאי ראשי

העתקים:
פרופי קונן
ד"ר סקלייר