

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: (מכרזג היה לימא)	
יחידה מזמינה:	מלרז
תאריך:	5.01.15

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

טובין

שם הספק:	מספר הספק:
_____	_____
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה):	ספק זה הינו:
_____	_____
אומדן / שווי ההתקשרות:	תקופת ההתקשרות:
_____	_____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

4 בינואר 2015
מספרנו: יש/2015-0003
תיק: 2001, 9-1120

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2015/מלר"ד – חו"ד לרכישת מוניטורים מודולריים

דוא"ל דר' אור מיום 30.12.14
דוא"ל ברונו לביא מיום 1.1.15

במלר"ד כמות של 55 מוניטורים מתוצרת PHILIPS דגמים MP-60 בכמות 13 יח' ו-42 מוניטורים דגם MP-20 בתצורה ניידת וניידת.

עקב בלאי נדרשת החלפת 7 יח' מדגם MP-20 ללא מעמד נייד וללא מתלה קיר הקיימים בפועל במלר"ד.

רצ"ב הצעת מחיר 152500021 של חב' מדטכניקה, לרכישת דגם MP-20 לכמות 1 יח', אותה יש לקחת בחשבון לכמות 7 יח' על כל סעיפיה.

מאחר ומדובר בהחלפת מוניטורים בלויים במוניטורים מדגם זהה אך חדשים ומאחר וכל המוניטורים במלר"ד מבוססים על תוצרת PHILIPS ויכולת השימוש במודולים והעברתם בין BEDSIDE MONITOR ל-TRANSPORT MONITOR הינה רק מתוצרת PHILIPS, ניתן לראות את חב' פיליפס ונציגותה בארץ ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

לא ניתן לרוכש מוניטור מודולרי מחב' אחרת אשר יאפשר שילובו עם המערכת המודולרית מתוצרת פיליפס הקיימת במלר"ד.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים.

הערה: על חב' מדטכניקה לשדרג ללא עלות את 4 המוניטורים מדגם MP-60 שבחדרי ההלם כדי לאפשר שימוש במודולים שב-MP-20 שיירכשו.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: דר' י. אור