

משרד: (הכרזת אי"ח לשאר)	
יחידה מזמינה: בי"ח	
תאריך: 15.10.15	

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (הקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
שם הספק: אספן
מספר הספק: 12
ספק זה הינו: <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

טובין

שם הספק:	1287
מספר הספק (ח.פ./ח.צ./ע.מ./מספר עמותה)	1148 - 510848690
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	180,000 ₪ + אס"ח
תקופת ההתקשרות:	12 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:-

ספקי	חוץ
ל"ס	ל"ס
(ר"ב)	(ר"ב)

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד- ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

()	ספקי חוץ	ל"ס
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

לכבוד
מר א. שלומוב
המרכז הרפואי
כאן.

מר שלומוב הנכבד,

הנדון: שידרוג מכשיר CT מתוצרת GE נימוק לספק יחיד.

במבצע צוק איתן פונו הנפגעים לארבעה בתי תולים ובתוכם המרכז הרפואי כאן. עם קליטת הנפגעים נוכחנו לדעת שאיננו מתמודדים עם הדרישה לבצע CT כל גופי, דרישה שנבעה מסוגי הפציעות ופיזור הפציעות בגוף. הפתרון שנמצא היה לסובב את הפצוע באמצע הבדיקה (ראש ורגליים). למעשה בביצוע הסיבוב תרמנו מנת קרינה מיותרת לנבדק וכן במקרים בהם נעשה שימוש בחומרי הניגוד נאלצנו להזריק פעמיים.

לאור האמור לעי"ל הסכימה הנהלת ביה"ח לשרג מכשיר אחד מתוך הקיים בשיבא על מנת לתת מענה לדרישות.

במרכז הרפואי שיבא מותקנים מספר מערכות של CT, כמו במינן, רדיותרפיה, רפואה גרעינית ומכון הדימות המרכזי. כל המערכות הינן מתוצרת פיליפס, מלבד מערכת אחת במכון הדימות המרכזי, מערכת מתוצרת חברת GE. לאור מצב מערכות ה-CT בשיבא ויעודן, מצאנו שהמכשיר לשידרוג הינו המכשיר של חברת GE מדגם DISCOVERY CT750. השידרוג מתבטא בכמה נושאים:

1. החלפת המיטה למיטה שתאפשר סריקה של 200 ס"מ בבדיקה אחת. (לעומת 150 כיום).
 2. שדרוג התוכנות שיאפשר חיבור של THIN CLIENT לשרת מרכזי תוך שימוש בתוכנות העיבוד מתחנות PACS השונות. (יש מגבלה של 3 רדיולוגים CONCURENT).
- להדגיש כי כיום חוזה השרות למכשיר אינו כולל שישי ושבת. חובה לכלול שרות של 24/7 כולל סופי שבוע היות ומדובר על מכשיר שצריך להיות תקין כל הזמן.

יש לראות במציעה, חברת GE, ספק יחיד היות ורק היא מסוגלת לבצע שידרוג כמוצע, רק לה היכולת לספק חלפים, תוכנות וידע לטיפול ותיקון הציוד האמור מתוצרת GE.

בברכה,



יוסי ורד
רנטגנאי ראשי

העתק: פרופ' א. קונן