

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X
 קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
כ"ש - 2 גבולות קיסל	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

MTA		ס' הספק:
512581943 - 12441		מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)
ספק חוץ _____	√ ספק יחיד _____	ספק זה הינו:
"add 7 \$ 33000		אומדן / שווי ההתקשרות:
		תקופת ההתקשרות

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:-

אם	חוץ
אם	אם
אם	אם
אם	אם
אם	אם
אם	אם

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
[Handwritten Signature]	[Handwritten Title]	[Handwritten Signature]



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

17 ביולי 2014
מספרנו: עש/0414-2014
תיק: 1116, 3004

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: ט.ג. ילדים – חווי"ד לרכישת מכשיר קירור חולה
תכתובת מיום 15.07.2014

- 1: בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.
 2. מדובר במכשיר אוטומטי מבוקר טמפ' (Core & Surface), המשמש לקירור חולים הקירור מבוצע באמצעות מלבושים ייחודיים, כאשר טמפ' המים המשמשים לקירור ביציאה מהמכשיר הינה 13°C וטמפ' היעד של המטופל הינה 33°C - 34°C .
המכשיר מסופק עם סנסור לטמפ' הגוף וסנסור לטמפ' העור לצורך בקרה על טמפ' המטופל.
תחום פעולת המכשיר הינו 10°C - 42°C . חריגה מתחום טמפ' זה גורמת להפסקה אוטומטית של הפעילות.
 3. לאור האמור לעיל מומלץ לממש רכישת דגם CRITICOOL תוצרת חב' MTRE (מק"ט 1095058624).
 4. ניתן לראות את היצרן המקומי ספק בלעדי לרכישה עקב היותו ראשון וחלוץ בתחום זה. אין ליצרן זה לפי שעה מתחרים. הדגם המבוקש מצוי בשימוש ב-ט.ג. לב ילדים וח.ג. לב ילדים.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שירות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתק: פרופ' פרת גדעון
גבי ליאת כהן

1095058624



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 באוקטובר 2014
מספרנו: יש/0614-2014
תיק: 1116, 4503

לכבוד
מר ברונו לבני
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' פגים – חוו"ד לרכישת מכשיר קירור חולה

דוא"ל דר' שטראוס מיום 20.10.14

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.
 2. מדובר במכשיר אוטומטי מבוקר טמפי (Core & Surface), המשמש לקירור חולים הקירור מבוצע באמצעות מלבושים ייחודיים, כאשר טמפי המים המשמשים לקירור ביציאה מהמכשיר הינה 13°C וטמפי היעד של המטופל הינה 33°C - 34°C . המכשיר מסופק עם סנסור לטמפי הגוף וסנסור לטמפי העור לצורך בקרה על טמפי המטופל. תחום פעולת המכשיר הינו 10°C - 42°C . חריגה מתחום טמפי זה גורמת להפסקה אוטומטית של הפעילות.
 3. לאור האמור לעיל מומלץ לממש רכישת דגם CRITICOOL תוצרת חב' MTRE, בהתאם להצעת מחיר 211014RS מיום 21.10.14 למכשיר ללא פריט לבוש לפגים (פריטים ניאונטליים).
 - יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מתחילת השימוש בפועל.
 4. ניתן לראות את היצרן המקומי ספק בלעדי לרכישה עקב היותו ראשון וחלוץ בתחום זה. אין ליצרן זה לפי שעה מתחרים. הדגם המבוקש מצוי בשימוש ט.ג. לב, ט.ג. נשימתי ופגייה (החל משנת 8/2010).
- הבהרה: מלבושים נרכשים ע"י מח' הרכש מהיותם פריט מתכלה.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתק: דר' ציפי שטראוס

2014/10/22