



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

מכון גנטי- מרכז רפואי בני ציון	משרד:
גנטיקה מולקולארית	יחידה מזמינה:
4 פברואר, 2015	תאריך:

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
אגנטק בע"מ הינו הספק היחיד של מערכות SNPgenotyping assay x40 #FGBP-2 החומרים הנ"ל משמשים לבדיקות לזיהוי מוטציות בשיטת ה- Real Time PCR . התערובת הנ"ל תוכננה במיוחד לצרכי המעבדה שלנו. והן מותאמות למכשיר ה- RT-PCR שלנו.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אגנטק (1987) בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	ע.מ. 511243545
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	54,537 ש"ח כולל מע"מ לשנה
תקופת ההתקשרות:	01.01.2015-31.12.16

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות

אגנטק בע"מ הינו הספק היחיד של מערכות SNPgenotyping assay x40 #FGBP-2 . חברת Biosearch Technologies בארצות הברית, יצרנית של המערכות, מצהירה על כך באתר הבית שלה: https://www.biosearchtech.com/our-company/distributors#Israel .
מערכות SNPgenotyping assay x40 #FGBP-2 משמשות לזיהוי מוטציות בשיטת ה- Real Time PCR . מערכות הבדיקה הנ"ל תוכננו במיוחד לצרכי המעבדה שלנו, והן מותאמות למכשיר ה- RT-PCR שלנו. מערכות הבדיקה כוללות פרובים יחודיים ופריימרים אשר משמשים כבדיקה איכותית המתבססת על TaqMan probes , אשר במערכת ה- Real Time PCR , מאפשר אבחנה בין פלורסנציה של האלל התקין לעומת האלל המוטנטי. המערכת מכילה ריאגנטים המותאמים לזיהוי במכשיר ה- StepOnePlus , האנליזה של הנתונים המתקבלים מהמכשיר, מאפשרת זיהוי נוכחות המוטציה הספציפית הנבדקת.
מעבדתנו בדקה בשנה האחרונה, מערכות בדיקה אחרות (למשל מערכת בדיקה למחלת ICCA , מחברת רניום), אולם תוצאות הבדיקה היו גרועות ולא עמדו בסטנדרט שנקבע.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהלת המעבדה לגנטיקה מולקולארית	ד"ר ורדית אדיר
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית