



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	מכון גנטי- מרכז רפואי בני ציון
יחידה מזמינה:	גנטיקה מולקולארית
תאריך:	08 פברואר, 2015

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
<p>חב' PRONTO dagnostics בע"מ, היא הספק היחיד של הקיט המורכב משני חלקים. BRCA MASTR Dx #MR-2012.040 BRCA Dx 1-48 for Illumina MiSeq #ML-2204.240</p> <p>הקיט משמש לריצוף הגנים BRCA 1&2, בשיטת NGS, לשם זיהוי מוטציות בגנים אלו אצל חולים בסרטן השד והשחלות.</p>

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	PRONTO dagnostics בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	ע.מ. 513434480
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	55,600 ש"ח כולל מע"מ לשנה
תקופת ההתקשרות:	1.01.2015-31.12.2016

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

<p>חב' PRONTO diagnostics בע"מ, היא הספק היחיד של קיט BRCA MASTR Dx #MR-2012.040 מתוצרת Multiplicom. חברת Multiplicom בבלגיה מצהירה על כך באתר הבית שלה: http://www.multiplicom.com/localrepresentative?tid=128</p>
<p>הקיט משמש לאמפליפיקציה וריצוף הגנים BRCA 1&2, בשיטת NGS, לקיט זה יש אישורי ולידציה של ה-CE-IVD, הוא פשוט לשימוש באופן יחסי ומאפשר אמליפיקציה בזמנית של 93 אמפליקונים, להבטחת כיסוי מלא של הרצפים המקודדים בגנים BRCA1&2.</p>
<p>הקיט עבר ולידציה במעבדתנו, ואנו משתמשים בו לריצוף הגנים BRCA 1&2, בשיטת NGS, לשם זיהוי מוטציות מורשות בגנים אלו אצל חולים בסרטן שד ו/או סרטן השחלות.</p>

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	<p>מנהלת המעבדה לגנטיקה מולקולארית</p>	<p>ד"ר ורדית אדיר</p>
<p>חתימה</p>	<p>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</p>	<p>שם בעל הסמכות המקצועית</p>