

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	וקריאל ב"מ לבא
יחידה ממוינת:	יול 13
תאריך:	5.01.15

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
כביש 59 ג' יח' געיסה אול 13	

האם קיים הנושא זה מכרו מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	גם טיקה
מספר הספק (ח.מ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה):	1773 - 590036195
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	154500 \$ + 12
תקופת ההתקשרות:	12



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

5 בינואר 2014
מספרנו: יש/2015-0004
תיק: 4001, 1120-5

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2015/אגף יולדות/יולדות א' HIGH RISK –
חוו"ד לרכישת מוניטור מיילדות

דוא"ל שלך מתאריכים 29.12.14 ו-1.1.15

בהמשך לסימוכין קיים צורך לרכוש מוניטור מיילדות בכמות 25 יח' כהשלמה לכמות הקיימת בפועל הועמדת על 18 יח', זאת מאחר והמחלקה החדשה תכלול 43 מוניטורים.

מדובר במוניטור מיילדות המאפשר ניטור חיצוני של עובר יחיד ושל תאומים, כאשר ניתן בנוסף לנטר לחץ דם לא חודרני של היולדת (האם).

מדובר במוניטור דגם AVALON FM20 תוצרת חבי PHILIPS מאחר ועליו להיות מקושר למערכת המיחשוב המרכזית מתוצרת PHILIPS (OBTV), המצויה במערך המיילדות לתיעוד, לאיסוף ולאיחזור נתוני המוניטורים. הקישוריות למערכת המיחשוב המרכזית ניתנת אך ורק באמצעות מוניטורים מתוצרת PHILIPS.

המוניטור מדגם זה הינו הגירסה העדכנית של היצרן ועונה על כל הנדרש, וכולל גם כרטיס תקשורת למע' המיחשוב המרכזית.

מוניטור זה מאפשר ניטור עובר יחיד וניטור תאומים באמצעות תוספת מתמר אולטראסאונד על פי הנדרש. אין ספציפיות בדגם זה לניטור תאומים, כל שנדרש הינו תוספת של המתמר בלבד.

לצורך הרכישה מומלץ לממש הצעת מחיר 152500018 מיום 1.1.15 על כל סעיפיה, כאשר:

פריט 1 – המוניטור הכולל ניטור עובר חיצוני, מתמר אולטראסאונד, מתמר טוקו.

פריט 2 – דופק היולדת.

פריט 3 – כרטיס תקשורת למערכת תיעוד מרכזית.

פריט 4 – ניטור תאומים.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

פריט 5 – לחצן לשימוש היולדת להודעה על קיום צירים

פריטים 6+7 מתלה קיר למוניטור.

לנוכח האמור לעיל ניתן לראות את חב' PHILIPS, באמצעות נציגותה בארץ, חב' מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר+תכתובת

העתקים : פרופ' אייל סיוון
פרופ' מזעקי-טובי שלום
גבי תמר ארגמן