

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

מסרד:	(המסרד אי"ח לשם)
יחידה מזמינה:	פי"ח
תאריך:	15.01.15

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

יאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)	
שם הספק	רפ"ק
מספר הספק	12
סוג הספק	CT
תאריך	15.01.15

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	רפ"ק
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	1148 - 510848690
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	180,000 ₪
תקופת ההתקשרות	12 חודשים

אגף הדימות

י"ג טבת, תשע"ה
4 ינואר, 2015

לכבוד
מר א. שלומוב
המרכז הרפואי
כאן.

מר שלומוב הנכבד,

הנדון: שידרוג מכשיר CT מתוצרת GE נימוק לספק יחיד.

במבצע צוק איתן פונו הנפגעים לארבעה בתי חולים ובתוכם המרכז הרפואי כאן. עם קליטת הנפגעים נוכחנו לדעת שאיננו מתמודדים עם הדרישה לבצע CT כל גופי, דרישה שנבעה מסוגי הפציעות ופיזור הפציעות בגוף. הפתרון שנמצא היה לסובב את הפצוע באמצע הבדיקה (ראש ורגליים). למעשה בביצוע הסיבוב תרמנו מנת קרינה מיותרת לנבדק וכן במקרים בהם נעשה שימוש בחומרי הניגוד נאלצנו להזריק פעמיים.

לאור האמור לעי"ל הסכימה הנהלת ביה"ח לשרג מכשיר אחד מתוך הקיים בשיבא על מנת לתת מענה לדרישות.


במרכז הרפואי שיבא מותקנים מספר מערכות של CT, כמו במיון, רדיותרפיה, רפואה גרעינית ומכון הדימות המרכזי. כל המערכות הינן מתוצרת פיליפס, מלבד מערכת אחת במכון הדימות המרכזי, מערכת מתוצרת חברת GE. לאור מצב מערכות ה-CT בשיבא ויעודן, מצאנו שהמכשיר לשידרוג הינו המכשיר של חברת GE מדגם DISCOVERY CT750.

השידרוג מתבטא בכמה נושאים:

1. החלפת המיטה למיטה שתאפשר סריקה של 200 ס"מ בבדיקה אחת. (לעומת 150 כיום).
 2. שדרוג התוכנות שיאפשר חיבור של THIN CLIENT לשרת מרכזי תוך שימוש בתוכנות העיבוד מתחנות PACS השונות. (יש מגבלה של 3 רדילוגים CONCURENT).
- להדגיש כי כיום חוזה השרות למכשיר אינו כולל שישי ושבת. חובה לכלול שרות של 24/7 כולל סופי שבוע היות ומדובר על מכשיר שצריך להיות תקין כל הזמן.

יש לראות במציעה, חברת GE, ספק יחיד היות ורק היא מסוגלת לבצע שידרוג כמוצע, רק לה היכולת לספק חלפים, תוכנות וידע לטיפול ותיקון הציוד האמור מתוצרת GE.

על מנת להכשיר CT High end 1.5-2.0 מ"ס
בברכה,
יוסי ורד
רנטגנאי ראשי



העתק: פרופ' א. קונן