

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד
	ניהול המומחה
	תאריך

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(ש לסמן X במקום המתאים)

ול: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

ובקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

האור (מהות ההתקשרות) (מקצועי/הטכנותי/שירותי/העבודה)	
החלפת יחידת הפיקוד לאחר שהובהר כי ניזוקה נזק מוחלט מפגיעה חיצונית - דגם מכשיר M.D. ELEVA FD	
בחדר שיקופים מס. 8	

זאם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן X לא

זוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X טובין _____ שירותים X ביצוע עבודה

מדטכניקה	שם הספק
1773 - 520036195	מספר הספק
	(ח/פ/חיצ/ע/מ/מספ/עמותה)
ספק יחיד <u> ✓ </u> ספק חוץ _____	ספק/זוג הינו:
12.910.50\$	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות:

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **נימוקים והערות נוספות.**

לפי דרישת הנדסה רפואית 15-004204 חברת מדטכניקה נדרשה להחלפת יחידת הפיקוד לאחר שהובהר כי
ניזוקה נזק מוחלט מפגיעה חיצונית בדגם מכשיר M.D.ELEVA FD.
חברת PHILIPS MEDICAL SYSTEMS המיוצגת על ידי חברת מדטכניקה ואין ספק חלופי מורשה לפי מכתבו של דר' יורם שדמי מנהל מחלקת הנדסה רפואית.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	רכש	יצחק לוי
ע"י יחידת הרכש	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם יחידת הסמכות המקצועית

יחידת הרכש
 תל אביב
 530372
 530372

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621 ISRAEL



מדינת ישראל
מסדר בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסלול לבית הספר לרפואה ע"ש שאפלי
מחלקת מערכת תל-אביב
תל-השומר 52621 ישראל

Handwritten notes: "14/2/15" and "22.15" with a large arrow pointing towards the right.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

פקודת עבודה מספר

15-004204 ש

פתוחה

לתשומת לב הספק. יש לצרף עותק מהזמנה זו לחשבונית.



02/02/15 09:11



מדטכניקה בע"מ

לכבוד:

כתובת: רחוב התנופה 7 קרית אריה
פתח תקוה

פקס: 03-9249977

טלפון: 03-9254040

חדר שיקופים מס' 8

מספר מכשיר: ME031552

ציוד באחריות

דגם המכשיר: M.D. ELEVA FD

S/N: 45

יצרן המכשיר: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

מחלקה: רנטגן כללי

מק"ט שיבא: 1095060299

פקודת עבודה מיום: 08/01/15

מהות התקלה: נזק מכאני הגורם לתנועות איטיות, תנועה אורכית של השולחן נעה לאט כל המכלול עקום וניזוק- יש

02/02/15

מיום:

94152501084

הצעת מחיר:

14345.00

מחיר:

2582.10

מע"מ:

16927.10

סה"כ: דולר

Handwritten number: 20150819

מכשיר באחריות- נזק

העבודה תבוצע ע"י סוכן יצרן. לא ניתן לבצע ע"י ספק חלופי מורשה

המזמין:

שט וחתומת מקבל הציוד לתיקון חוץ:

תאריך

הנדסה רפואית

בי"ח שיבא

הבלת המכשיר לאחר תיקון

מחלקה

תאריך

שם המקבל

חתימת המקבל

שם המוביל