

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

מס' תל	
תאריך	
מאי, 2015	

קרון מחקרים X

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

אזהרה: מידע המופיע בתוך תיבת המידע של הסוכן, הנתון לציבור, אינו מהווה המלצה או תמיכה מצד המרכז הרפואי.

במרכז מירב ביחידה לבריאות האישה בין השאר הפעולות מבצעים ביופסית ואקום תחת דימות של מכשיר קרני רנטגן, לאותן נבדקות שרואים הגידול בשד בממוגרפיה. המערכת הקיימת הינה בתוצרת חברת LORADTEC מבית HOLOGIC, מותאמת ומותקנת על גבי מיטת ביופסית שד. הביופסיה עצמה מתבצעת באופן אוטומטי תוך ביצוע שטיפה מתמדת של האיזור ובצורה כזאת נמנע דימום ובצקת באיזור. מחטי הביופסיה מגיעים בקטרים שונים וכוללים את צנרת השטיפות. להלן פרוט הצידוד ומק"ט שיבא:

VACUUM BIOPSY HANDPIECE KIT 9GX/20MMX12MM : 1098003742

לא X

כן _____

אם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

טובין X

שם הספק	מדטכניקה בע"מ
מספר היצוא (ח.מ. / ח.א. / ח.מ. / מספר עמותה)	1473

ספק זה הינו:	ספק יחיד	ספק חוץ
אומדן / טווח ההתקשרות:	\$ 180,000	
תקופת ההתקשרות:	שנה	

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**

2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**

3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות**

תחום הביופסיות הינו תחום מצומצם ואין הרבה מוסדות המבצעים פעולה זאת. מערכת הואקום היחידה שמוותאמת לעבודה במיטת ביופסיה סטראוטקטית הינה מתוצרת חברת LORADTEC מבית HOLOGIC, המחטים והסטים המתכלים הינם ייחודיים למכשיר זה. לא מצאנו ספק חלופי לא למערכת עצמה ולא למתכלים שלה. נציגתה הבלעדית בישראל של היצרן הינה חברת מדטכניקה בע"מ. לאור האמור לעי"ל יש לראות ביצרנית ונציגתה בישראל ספק יחיד.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

יוסי ורד	רנטגנאי ראשי	<i>BR</i>
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה