

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
יחידה מזמינה:	איון נשים
תאריך:	18.03.15

_____ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומורש החכמה של הספקן / השירות / העבודה)
<p align="center">מ"ש 3 - למעשה ספקים לתחנת אולפן</p> <p align="center">ל-031 - 0080</p>

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן X לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין
 שירותים
 ביצוע עבודה

שם הספק:	אפקט
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	590036195 - 1743
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	94106 \$ "א"א
תקופת ההתקשרות	שנה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 במרץ 2015
מספרנו: יש/2015-0122
תיק: 1125A, 4000A

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מיון נשים – נזק למתמרים מתוצרת פיליפס

במיון נשים מכשיר אולטראסאונד דגם IU-22 תוצרת פיליפס בו זינוקו שני המתמרים הבאים:

א. מתמר וגנילי דגם C10-3V – מכה בממברנה, חדירת אויר וחוסר באלמנטים.

ב. מתמר אבדומינלי דגם C5-1 – מכה בממברנה וחוסר אלמנטים.

החברה מציעה עיסקת חליפין לכל מתמר כדלקמן:

א. למתמר הוגינלי – הצעת מחיר 50152502377 של חבי מדטכניקה, בעלות של 6,462 דולר ללא מע"מ.

ב. למתמר האבודמינלי – הצעת מחיר 50152500860, של חבי מדטכניקה, על סך 12,750 שהינה בתוקף.

שני המתמרים שניזוקו יושבתו.

מומלץ לממש הצעת החברה הרצי"ב.

לא ניתן להמתין חודשיים לתיקון המתמרים מאחר ובמדובר בצורך דחוף.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר

העתקים: ד"ר דליה אדמון
פרופ' ראובן אחירון

9041260

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 במרץ 2015
מספרנו: יש/0120-2015
תיק: 1125A, 4000A

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: מיון נשים – נזק למתמר אבדומינלי תוצרת פיליפס

במיון נשים מצוי אולטראסאונד דגם SPARQ תוצרת פיליפס בו ניזוק מתמר אבדומינלי דגם C6-2 עקב מכה בממברנה.

המכשיר באחריות ואולם המתמר שניזוק אינו כלול באחריות.

מומלץ לממש הצעת חב' מדטכניקה לרכישת מתמר חדש בעסקת TRADE-IN. המתמר הלקוי יושבת.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת חב' מדטכניקה

העתקים: ד"ר דליה אדמון
פרופ' ראובן אחירון

2015/3/11