

תל- השומר

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

ספק יחיד	חוץ	לפי	לפי	לפי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בד"ר,

שם בעל הסמכות המקצועית	חתימה
ד"ר יצחק שניידר	(חתימה)
הפקיד בעל הסמכות המקצועית	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

4 בינואר 2015
מספרנו: יש/2015-0003
תיק: 1120-9, 2001

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2015/מלר"ד – חו"ד לרכישת מוניטורים מודולריים

דוא"ל דר' אור מיום 30.12.14
דוא"ל ברונו לביא מיום 1.1.15

במלר"ד כמות של 55 מוניטורים מתוצרת PHILIPS דגמים MP-60 בכמות 13 יח' ו-42 מוניטורים דגם MP-20 בתצורה נייחת וניידת.

עקב בלאי נדרשת החלפת 7 יח' מדגם MP-20 ללא מעמד נייד וללא מתלה קיר הקיימים בפועל במלר"ד.

רצ"ב הצעת מחיר 152500021 של חב' מדטכניקה, לרכישת דגם MP-20 לכמות 1 יח', אותה יש לקחת בחשבון לכמות 7 יח' על כל סעיפיה.

מאחר ומדובר בהחלפת מוניטורים בלויים במוניטורים מדגם זהה אך חדשים ומאחר וכל המוניטורים במלר"ד מבוססים על תוצרת PHILIPS ויכולת השימוש במודולים והעברתם בין BEDSIDE MONITOR ל-TRANSPORT MONITOR הינה רק מתוצרת PHILIPS, ניתן לראות את חב' פיליפס ונציגותה בארץ ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

לא ניתן לרוכש מוניטור מודולרי מחב' אחרת אשר יאפשר שילובו עם המערכת המודולרית מתוצרת פיליפס הקיימת במלר"ד.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים.

הערה: על חב' מדטכניקה לשדרג **ללא עלות** את 4 המוניטורים מדגם MP-60 שבחדרי ההלם כדי לאפשר שימוש במודולים שב-MP-20 שיירכשו.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: דר' י. אור