

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>		
כ"ס		
וי"ו		
המזכיר		

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X      שירותים \_\_\_\_\_      ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	ג"ס גרוב
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	71160 -
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____    ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	19900
תקופת ההתקשרות	י"א + א"ב





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

26 באפריל 2015  
מספרנו: יש/2015-2000  
תיק: 7014, 1130-6

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כאן

נכבדי,

**הנדון: מכון ריאות – חו"ד לרכישת וידאו ברונכוסקופ**

בקשת גב' ריקי לוסטיג מיום 16.4.15  
בקשת דר' שולימזון מיום 20.4.15

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר בוידאו ברונכוסקופ בו קוטר תעלת העבודה הינו 2.8 מ"מ, אשר מאפשר הוצאת גופים זרים באמצעות קטטרים ואו מלקחיים, מאפשר פעילות של לייזר וקריו בטיפול בגידולים בריאה.
- בבדיקת מצאי הוידאוברונכוסקופים שבמכון הריאות הוברר כי לא קיים וידאוברונכוסקופ שלו תעלת עבודה בקוטר הנדרש (2.8 מ"מ).
- נתוני הברונכוסקופ הנוספים היום:
  - קוטר ההחדרה 6.4 מ"מ.
  - קוטר הקצה הדיסטלי 6.3 מ"מ.
  - אורך עבודה 600 מ"מ.
  - זווית צפייה 120° מיקוד בתחום 3-50 מ"מ.
  - כיפוף הקצה הדיסטלי מעלה 180°, מטה 130°.
3. במכון ריאות מצויים כיום וידאו-פרוססור ווידאו-ברונכוסקופים תוצרת חב' PENTAX. דגם הוידאו-ברונכוסקופים התואם את תשתית הוידאו-ברונכוסקופיה המצויה במכון הריאות הינו EB-1975K מתוצרת חב' PENTAX.
- למען הסר ספק, לא ניתן לחבר למע' וידאו אנדוסקופית ובמקרה דגן וידאוברונכוסקופית יחידת קצה שאינה מתוצרת יצרן מע' הוידאו-ברונכוסקופ. לפיכך ניתן לראות את חב' PENTAX ונציגותה בארץ חב' גטר ספק בלעדי לוידאו-ברונכוסקופ הנדרש על כל המשתמע מכך.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

מומלץ לממש הצעת חב' גטר הרצ"ב.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתקים : ד"ר ט. שולימזון  
גבי ר. לוסינג