

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	ה. רס"אית
תאריך:	21/05/15

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

ה'ל _____ לקניית ס' (ס' 18/05/15)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אלתל ווינגר
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	1087 - 510094279
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	11649 י"ל
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6 במאי 2015
מספרנו: יש/2015-0228
תיק: 1123-11, 5011

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: מחלקת עור/מעבדת פטריות –
חוו"ד לרכישת מיקרוסקופ פלורסצנטי לאיבחון פטריות

דוא"ל דר' אביב ברזילי מתאריכים 1.2.15, 11.3.15, 29.3.15

1. בשימוש מעבדת הפטריות של מחלקת עור מיקרוסקופ דגם AXIOSTAR PLUS, תוצרת ZEISS, מס' סד' 3108007324 שנרכש ביום 11.3.2003. המיקרוסקופ אינו פלורסצנטי.

על מנת לאפשר שימוש במיקרוסקופ פלורסצנטי הוצע ע"י נציגת היצרן בארץ, חב' גטר, דגם Axio Lab 1 ואשר אינו תואם את הנדרש עקב היותו בעל רמה מיכנית נמוכה, אופטיקה ירודה, ראש טרינוקולר בעל שני מצבים ומעי תאורה פלורסצנטית שאינה נותנת מענה רחב לכל סוגי הצבענים. הדגם נפסל.

2. דר' ברזילי הבהיר כי לנוכח העובדה שהלבורנטית המשתמשת מועסקת מחצית המשרה בבלינסון בתפקיד זהה לזה שבשיבא הוא מבקש לשמור על אחדות המיקרוסקופ בשני האתרים על מנת להקל על הפעילות ולמנוע בלבול. שימוש בשני מיקרוסקופים שונים עלול לגרום לטעויות.

בבירורנו הסתבר כי הדגם הקיים בבלינסון הינו תוצרת OLYMPUS.

בבירור עם נציגות היצרן בארץ הובהר כי הדגם העדכני האקויוולנטי לקיים בבלינסון הינו דגם BX43 הכולל:

א. גוף המיקרוסקופ

ב. ראש טרינוקולר כולל יציאה למצלמה

ג. אוקולר בהגדלה x10

ד. אוקולר בהגדלה x10 מתכוונן.

ה. רבולבר לכמות של 5 אובייקטיבים.

ו. שולחן.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

- ז. תופסן לזוג סליידים.
- ח. גומיות אחיזה לידיית שינוע השולחן.
- ט. תאורת LED.
- י. כבל זינה.
- יא. כיסוי למיקרוסקופ.
- יב. אובייקטיבים מסוג U PLAN FL בהגדלות:
x100, X40, x20, x10 עם אימרסיה.
- יג. גלגל פילטרים לפלורסצנציה.
- יד. זוג פילטרים להקטנת עוצמת הפלורסצנציה מסוג ND25, ND6.
- טו. פילטר לפלורסצנציה מסוג DAPI.
- טז. מקור אור כספית לפלורסצנציה הכולל בית מנורה, נורה, ספק כח וכבל זינה.
רצ"ב הצעת חב' אייזנברג אותה מומלץ לממש על כל סעיפיה.
- לנוכח המסר מדרי' ברזילי יש לראות את חב' אולימפוס ספק בלעדי עקב ההכרח
באחידות המיכשור מתוצרת אולימפוס על כל המשתמע מכך.
- תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה במעבדה וכן ספרות הפעלה
ושרות.

בברכה,

דרי' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתק: דרי' אביב ברזילי