

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
כ"ל _____ מל"מ 828 _____ + סכ"מ	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין   X        שירותים \_\_\_\_\_      ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

	שם הספק:
	מספר הספק
	(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

ספק חוץ \_\_\_\_\_      ספק יחיד   ✓    
 511287739      2151 -  
 "סכ"מ + מל"מ"      17846





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

11 במאי 2015  
מספרנו: יש/2015-239  
תיק: 1120-16, 7014

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: מכון ריאות – חו"ד לרכישת מוניטור למדידת PCO2

תכתובת מאפריל ומאי 2015

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במוניטור המאפשר מדידה מתמשכת בלתי חודרנית של הלחץ החלקי של דו תחמוצת הפחמן בדם. כמו כן מודד המכשיר סטורציה, גל סטורציה וקצב לב. מדידת PCO2 מתבצעת בעזרת אלקטרודה PH זעירה בהתאם לעיקרון SEVERINGHAUS.
3. להלן תכונות המכשיר:
  - א. מדידת PCO2 בתחום 0-200mmHg (0-26.67KPa) ברזולוציה של 0.1mmHg (0.1KPa).
  - ב. מדידת SpO2 בתחום 1-100% ברזולוציה של 1%.
  - ג. מדידת קצב לב בתחום 30-250bpm ברזולוציה של 1bpm.
  - ד. אתרעות לגבי כל הפרמטרים הנמדדים.
  - ה. אפשרות לייצוא נתונים.
  - ו. אפשרות לשמירת נתונים עד 12 יום.
  - ז. סוללה נטענת המאפשרת ניטור עד 6 שעות.
  - ח. זינה – 230V/50Hz.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

4. מומלץ לממש הצעת מחיר, של חב' קלינטיקה, מיום 13.4.15, לדגם SDM תוצרת SENTEC, לפריטים 1,2,3,4 ולמתכלים פריטים 12, 13, 14, 17, 18 (בהתאם להתייחסות דר' שולימזון מיום 7.5.15).

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

5. יש לשים לב להתייחסות דר' שולימזון מיום 3.5.15 לגבי התחייבותו לטפל במכשיר כמשתמש קצה בהתאם להנחיות היצרן, התחייבות שיש לה משנה תוקף לנוכח העובדה כי מכשיר שנרכש עבור שיקום נשימתי הושבת עקב חוסר יכולת הצוות לעמוד בהנחיות היצרן למשתמש הקצה.

6. לצוות לא ידוע על יצרן נוסף שלו מכשיר תואם לדגם המבוקש.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתק : דר' ט. שולימזון