

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות בית שמש
יחידה מזמינה:	מרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תאריך:	28/05/15

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

רפ"ג	בנספח	למ"ד	פ"ס
------	-------	------	-----

X לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים _____ ביצוע עבודה _____

X טובין

שם הספק:	
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	1148 - 510848690
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	36155 "מ"ל + מ"מ"
תקופת ההתקשרות	12 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

20 במאי 2015
מספרנו: עש/2015-0269
תיק: 2-1124, 8001

לכבוד
מר ברונר לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מרכז התרמה למנות דם – חו"ד לרכישת צנטריפוגה למנות דם

בקשת דר' מנדל מטילדה מיום 24.02.15
חוות דעת משתמש לרכישה מספק יחיד מיום 18.05.15

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר בצנטריפוגה בעלת התכונות הבאות:
 - א. צנטריפוגה רצפתית מקוררת המתאימה לעבודה עם מנות דם (שקיות).
 - ב. קיבולת של 12 שקיות לפחות. כל שקית בנפח מינימלי של 600cc.
 - ג. קירור בתחום $-20^{\circ}\text{C} \pm 40^{\circ}\text{C}$.
 - ד. קיום מנגנון IMBALANCE SWITCH-OFF.
 - ה. קיום הגנה בפני התחממות יתר.
 - ו. RCF – 5000g לפחות.
 - ז. מתח זינה חד פאזי 230V/50Hz.
3. הדגם היחיד שנמצא מתאים לדרישות הוא ROTO SILENTA 630 RS תוצרת HETTICH.
דגמים נוספים אשר נבדקו בתחום הצנטריפוגות המותאמות למנות דם (שקיות) היו בעלי קיבולת נמוכה משמעותית מדגם זה.
דגם זה הינו היחיד שנמצא אשר לא מגביל את המשתמש מבחינת נפח המנה עצמה ומאפשר עבודה בזמנית על מספר גדול של שקיות.
מרכז ההתרמות צפוי להיות אתר עמוס כך שלקיבולת הפעלה של הצנטריפוגה משמעות מהותית.
4. בהתאם לסעיף 3 וחוות דעת משתמש, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק יחיד לרכישה.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

5. יש לממש הצעת מחיר 155D00367 על כל סעיפיה.
תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה בפועל.
תינתן ספרות הפעלה ושרות.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתקים: דר' מטילדה מנדל
מר נסיר הקמתיאן