



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

13 ביולי 2015
מספרנו: יש/0384-2015
תיק: 1207-2, 7010

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: סקר יילודים - חווי"ד לרכישת מכלל הזנה אוטומטי לספקטרומטר תוצרת WATERS

דוא"ל מיום 8.7.15

בשימוש סקר יילודים המכשיר שבנדון דגם ACQUITY UPLC CH-A, מס' סד' K14CHA808G מיום 28.10.2014.

המכשיר נרכש עם טעינה ידנית של פלטות המאפשרת הזנה של 2 פלטות בו-זמנית (עקב חוסר תקציב לרכישת המזין האוטומטי).

צרכי המעבדה מחייבים הרצת כמות של 17 פלטות ליום ולפיכך נדרש מזין אוטומטי שיאפשר הפעלת המערכת ללא הפסקה ומסביב לשעון.

רצ"ב הצעת נציגות היצרן בארץ אותה יש לממש.

מאחר וקיים הכרח ברכישת הפריט מיצרן המכשיר, על מנת לאפשר את חיבורו למכשיר, ניתן לראות היצרן WATERS ספק בלעדי לרכישה.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום הקליטה במעבדה.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתק: ד"ר שלמה אלמשנו