

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא)
יחידה מזמינה:	מכון אסכול
תאריך:	2.08.15

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059549	VIDEOGASTROSCOPE GIF-H-180

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא  לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד      _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	19862 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

23 ביולי 2015  
מספרנו: יש/2015-0392  
תיק: 6-1130, 7005

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כאן

נכבדי,

**הנדון: מכון גסטרו – תוו"ד לרכישת וידאוגסטרוסקופ תוצרת OLYMPUS**

בשימוש מכון גסטרו וידאוגסטרוסקופ דגם GIF-Q160, מס' סד' 2001122, תוצרת OLYMPUS, המצוי בחוזה שרות.

המכשיר נשלח לתיקון והובהר כי אינו בר תיקון ויצא משירות היצרן.

רצ"ב הצעת מחיר חב' מדטכניקה לרכישת וידאוגסטרוסקופ דגם GIF-H180J, אותה מומלץ לממש.

יש לסכם עלות הרכישה בהתאם להסכם חוזה השרות שנחתם עם החברה.

במכון הגסטרו מיכשור מתוצרת OLYMPUS. לא ניתן לרכוש וידאוגסטרוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות היצרן ונציגותו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר