

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1040009011	CM M SERIES ARM & BIN FOR AVALON FM20/3020.3
2	1094591443	TRANSDUCER US
1	1095061974	MONITOR FETAL AVALON FM20
4	1098705247	'STANDARD WALL CHANNEL 19

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג החתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

103 באוגוסט 2015
מספרנו: עש/2015-0442
תיק: 5-1120, 4001

לכבוד
מר ברונר לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: בינוי 2015/מרפאה יולדות בסיכון גבוה (H.R.) -
חו"ד לרכישת מוניטורים עובריים

רשימת מכשור רפואי עבור פרויקט הבינוי מיום 30.07.15

1. בהמשך לסימוכין בוצעה בדיקה במרפאת H.R. להלן הממצאים:
 - קיימות 3 עמדות ניטור.
 - קיימים 2 מוניטורים מדגמים ישנים M1353A ו-M1353A. דגמים אלו הוכרזו ע"י היצרן כמושבתים (E.O.L).
 - קיים מוניטור יחיד מדגם עדכני AVALON FM 20 בעל התקן קיר.
 - מוניטור AVALON FM 20 נוסף ניתן לאחות אחראית מרפאות נשים לטובת מערכת הניטור במרפאת יולדות H.R.
2. במרפאת יולדות H.R. 5 עמדות ניטור, לשם השלמת מע' הניטור נדרשת רכישת המכשור הבא:
 - 3 מוניטורים מדגם AVALON FM 20, האחד כולל מתמר לניטור תאומים (דגם זה מאפשר ניטור תאומים על ידי רכישת מתמר ייעודי בלבד). כל המוניטורים יותקנו על הקיר.
3. מרפאת יולדות H.R. הינה חלק ממערך היולדות H.R. הכולל את מחלקת האשפוז. מערך זה עושה שימוש במערכת ניטור נרחבת תוצרת PHILIPS. שימוש במערכת זה במרפאה יאפשר חיבור למערכת המחשוב המרכזית במערך המיילדות לצרכי איסוף ואחזור נתונים. ניתן לראות ביצור ובנציגו ספק יחיד לרכישה.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. יש לממש הצעת מחיר 152506937 של חברת מדטכניקה ל-3 יחידות מוניטור עוברי מדגם AVALON FM 20 תוצרת PHILIPS מתמר תאומים והתקני הקיר הנדרשים. העלות כוללת התקנה מלאה של כל מרכיבי מערכת הניטור. ייערך סיור באתר טרם ההתקנה.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר + סימוכין
העתקים: פרופ' ראובן אחירון
גב' יהודית שיק
גב' הורוביץ אורית
גב' רחמינוב אורנה