

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הקמ"א)
יחידה מזמינה:	נוי כרמל
תאריך:	06/08/2015

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
5	1040006314	M3150 UPGRADE REL M.0
2	1095056032	MULTI MEASUREMENT SERVER-MODULE M3001A
1	1095073714	INTELLIVUE MX600 PATIENT MONITOR
4	1096100888	ARM SUPPORT KIT M-SERIES MP20/30MP40/50 GCXAG-0018-21
3	1098705247	'STANDARD WALL CHANNEL 19

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

29 ביולי 2015
מספרנו: יש/2015-0408
תיק: 5012, 1120-9

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.נ

נכבדי,

הנדון: נוירולוגיה – חוו"ד להרחבת מערכת ניטור מרכזית

דוא"ל מיום 15.7.15

1. במחלקה לנוירולוגיה מצויה מע' ניטור מודולרית מרכזית תוצרת פיליפס מיום 19.6.2011 הכוללת את המרכיבים העיקריים הבאים:
 - מוניטור מודולרי מסוג BEDSIDE דגם MP60 – בכמות 4 יח'.
 - תחנה מרכזית דגם INTELLIVUE – בכמות 1 יח'.
 - מוניטור נייד דגם MP-20 – בכמות 4 יח'.
 - מודול רב פרמטרי דגם M3001A בכמות 8 יח' עבור כל מוניטור לניטור הפרמטרים הפיזיולוגיים: ECG (3 lead), HR, SpO2, (Nellcor), NIBP, 24hr, Trend.
 2. בסימוכין קיימת בקשה להרחבת הקיים בשני מוניטורים. ברור כי ההרחבה מחוייבת להתבצע אך ורק במוניטורים של יצרן המערכת הקיימת, חב' פיליפס על מנת לאפשר אינטגרציה מלאה.
 - דגם המוניטור העדכני המחליף את דגם MP60 הינו MX600. חיבור כל מוניטור לתחנה הקיימת מחייב רישיון, לפיכך רכישת כמות של 2 מוניטורים מחייב 2 רישיונות.
3. רצ"ב הצעות חב' מדטכניקה נציגת חב' פיליפס כדלקמן:
 - א. הצעה 152506641 לרכישת שני מוניטורים הכוללים כל אחד מודול רב פרמטרי דגם M3001A הזחה לקיים בפועל במערכת שבשימוש ומתלה קיר.
 - ב. הצעה 152506648 לרכישת שני רישיונות לחיבור המוניטורים לתחנה הקיימת.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מומלץ לממש את שתי הצעות המחיר על כל מרכיביו.

יש לראות ביצרן פיליפס ובנציגתו המקומית ספק בלדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך מאחר ולא ניתן לחבר למערכת הקימת בפועל מוניטורים מיצרן חלופי.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעות מחיר

העתקים : פרופ' א. שמיס
דר' ג. גבעתי
גב' א. רחמינוב