

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	המיון בית ליל
יחידה מזמינה:	מחלקת גסטרו אנטרולוגיה
תאריך:	10.09.15

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059663	VIDEO GASTROSCOPE-GIF-Q165-EVIS EXERA 2

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים) טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד _____ <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	17,608.50 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3 בספטמבר 2015
מספרנו: יש/2015-0469
תיק: 1130-6, 3007

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: מח' גסטרו ילדים – חו"ד לרכישת וידאוגסטרוסקופ
דוא"ל דר' וייס מיום 2.9.15

במחלקת גסטרו ילדים היה בשימוש וידאוגסטרוסקופ דגם GIF-160 תוצרת חב' OLYMPUS, מס' סד' 2101761.

המכשיר ניוזק ונשלח לתיקון לחברה. ניתן מכשיר חלופי.

ביום 23.8.15 התקבלה הודעת החברה כי מאחר ומדובר בדגם ישן (שיצא משרות התמיכה) אין יכולת לתקנו.

ביום 31.8.15 ניתנה הצעה לרכישת מכשיר חלופי בעסקת חליפין (TRADE-IN) לדגם GIF-165 EVIS EXERA 2 בו זווית הראייה הינה 140°, קוטר תעלת העבודה 2.8 מ"מ וקוטר צינור ההחדרה 9.2 מ"מ.

מאחר ומדובר במערכת וידאואנדוסקופית מתוצרת OLYMPUS מחוייב לרכוש את כל מרכיביה מיצרן המערכת OLYMPUS. לא ניתן להצמיד מרכיבי מערכת מיצרנים שונים במערכות וידאונדוסקופים.

יש לממש הצעת המחיר הרצ"ב בהקדם האפשרי מאחר וחב' מדטכניקה נציגת היצרן בארץ מבקשת לקחת את מכשיר הגיבוי (רצ"ב הסימוכין).

יש לראות את היצרן OLYMPUS ונציגתו בארץ, חב' מדטכניקה ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום השימוש בפועל.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+סימוכין

העתק: דר' בתיה וייס