

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקופת ליה
יחידה מזמינה:	חי.י. א.ל.ל.י
תאריך:	12.03.15

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומיחוס התכנות של הטובין / השירות / העבודה)
כחול לבן - פיתוח

לא X

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X      שירותים \_\_\_\_\_      ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	קוביאן
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	512833336 - 7159
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד      _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	96,000 ש"ח + 18%
תקופת ההתקשרות	12 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2 במרץ 2015  
מספרנו: 0108-2015/יש  
תיק: 1001, 1118

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כאן  
נכבדי,

**הנדון: ח.נ מרכזי – חו"ד לרכישת מכשיר דיאטרמיה תוצרת VALLEYLAB**  
תכתובת מיום 1.3.15

1. בחדר הניתוח המרכזי מצוי מכשיר מדגם FORCE FX-8C תוצרת VALLEYLAB שניזוק. המכשיר תוקן וישמש כגיבוי לכל ביה"ח.
  2. בח.נ מרכזי נמצאים בשימוש 12 מכשירי דיאטרמיה מדגם FORCE TRIAD תוצרת חב' VALLEYLAB. מכשירים נוספים נמצאים בשימוש בח.נ גניקולוגי וח.נ יום.
  3. מדובר בדיאטרמיה מולטי פונקציונליות. ב-FORCE TRIAD ניתן לבצע את הפעולות הבאות: חיתוך, צריבה (קואגולציה), פונקציות בי פולאריות ואיחוי רקמה או כלי דם באמצעות ליגשור. קומבינציה זו אופטימלית לשימוש בחדר ניתוח. דגימה בתדר גבוה של שינויים בהתנגדות הרקמה והתאמה אוטומטית של מתח וזרם בשילוב עם וורסטיווליות המכשיר מסתכמים ביתרונות משמעותיים באספקט של נוחות שימוש, בטיחות חולה ועוד.
  4. על מנת לשמור על אחידות המכשור והפלטות המתכלות ולנוכח הניסיון המצוין עם דגמי היצרן משך שנים, הן מבחינת אמינות וטיב המכשיר והן בעלויות תחזוקה מזעריות, מומלץ להמשיך ולרכוש מהדגמים הני"ל.
  5. לאור האמור לעיל ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
  6. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' Q0111607 של חב' קובידיאן מיום 02.11.14, לדגם FORCE TRIAD (בשיחה טלפונית עם אופיר מחב' קובידיאן אושר כי ההצעה עדכנית).
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתק: מר מאור לוי