

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
במערך אספקה סטרילית ישנם שני מתקני עיקור בגז של חברת CASTLE. החברה עצמה כבר אינה קיימת ומזה כמה שנים
האחזקה של המתקנים נעשית על בסיס צוות האחזקה של שיבא. היות וכמות התקלות המתקנים עלתה באופן משמעותי
בשלוש שנים האחרונות עלה הצורך לבצע שיפוץ של המתקנים. מבין מספר חברות אליהם פנינו, החברה היחידה שהייתה
מוכנה לבצע את העבודה הייתה חברת "להב"

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה X

שם הספק:	לחב עבודות אחזקה
מספר הספק (ח.מ.ה.ל.מ. מספר יחידה)	עוסק מורשה 079946240
סוג חוץ היחיד	ספק יחיד <u>√</u> ספק חוץ _____
אומדן / סוגי ההתקשרות:	₪ 767,000
תקופת ההתקשרות	משך זמן השיפוץ – תקופה של 3 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות

נעשתה פניה לשלוש חברות שעוסקות בתחום מתקני העיקור ושלושתן סרבו לבצע את העבודה.
חברת טוטנאור - ציינו כי הם אינם מבצעים עבודות שיפוץ למתקני עיקור שאינם מהתוצרת שלהם ולמתקני עיקור ישנים כמו
אלו שיש לבית החולים. חברת מדטכניקה - ענו כי הם אינם עוסקים בשיפוץ של מתקני עיקור מסוג זה. חברת לבנט - ציינו כי
מכיוון שאינם להם התקשרות עם יצרן המתקנים ומכיוון שמדובר במתקנים ישנים הם אינם יכולים לבצע את עבודת השיפוץ.
מדובר במתקנים ישנים מאוד (20 שנה) שהחברה שיצרה אותם אינה עובדת כבר ולכן קיים קושי למצוא חברה שתהיה מוכנה
לבצע את השיפוץ. חברת להב היחידה שהסכימה לבצע את העבודה.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

עוז כהן	סגן מנהל מערך א.סטרילית מרכזית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה