

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד: <b>הקרית הית"א</b>	יחידת מזמינה: <b>כירורגיה</b>
תאריך: <b>28.06.15</b>	

קדן מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות: (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
<b>ערכות שטיפה לחלל הבטן בכימו</b>

האם קיים תנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

טובין

שם הספק: _____	מדוק
מספר הספק: _____	
(ח"מ / ח.צ / ע.מ / מספר עמותה)	
ספק זה הינו: _____	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שוי ההתקשרות: _____	סך 370,000 ₪
תקופת ההתקשרות: _____	6 חודשים



## דניאלי-פור לירון

**מאת:** גוטמן מרדכי, פרופ  
**נשלח:** יום חמישי 02 ינואר 2014 09:50  
**אל:** דניאלי-פור לירון  
**עותק:** שלזמוב אריה; שדמי זורם, דר; שמיס ארי, פרופ; טקס-מנובה דורית, דר; צימליכמן איל, דר  
**נושא:** ערכת שטיפה לחלל הבטן בכימו RE:

שלום רב.

אבקשם לרכוש עבורנו קיטים לצורך ביצוע פעולה של HIPEC או שטיפה כימותרפית של חלל הבטן במילים פשוטות. מדובר בפעולה המתבצעת במחדר ניתוח כחלק מניתוח מורכב. אלו חולים עם סרטן והתפשטות גרורתית בחלל הבטן. הם עוברים ניתוח גדול וממושך בו נכרתים כל הגידולים, לעיתים גם איברים או מקטעים של מערכת העיכול. בתום החלק הכירורגי, מתבצעת שטיפה של חלל הבטן עם תמיסה המכילה תרופות כימותרפיות בריכוז גבוה וסמפרטורה גבוהה (כ 42 מ"צ). הפעולה חדשנים יחסית, אם כי אני אישית מבצע אותה כ 15 שנים לאחר שרכשתי את הידע ממציא השיטה פרופ' פול שוגרבייקר מארה"ב, והיא נותנת סיכוי לקבוצת חולים שבכל טיפול אחר אין להם סיכוי לשרוד מעבר לשנתיים. הפעולה, הנקראת לשם קיצור HIPEC (Hyperthermic Intra Peritoneal Chemotherapy) מקובלת כיום בכל מרכז סרטן מוביל בעולם. בישראל אנחנו אחד משלושת המרכזים המובילים בתחום. עד כה עשינו את הפעולה עם מכונת לב-ריאה. זה אלתור סביר, אך עם כמה בעיות. הטמפרטורה המרבית של המכשיר אינה מספיקה, גם אינה יציבה לאורך הפעולה. למכשיר אין אישור אמ"ר לפעולה הזאת אלא לניתוחי לב בלבד, וברור שבעידן רגולטורי, אקדמיטיבי לא ניתן להשתמש בו יותר. כמובן שגם לציוד של לב ריאה יש עלויות.

לפעולה אין IDRG והבקשה שלנו בעניין בדיון במשרד הבריאות. לצורך חדר ניתוח אנחנו משתמשים בקוד 542.

Hyperthermic Peritoneal Perfusion

<http://shebanet/Pages/Home.aspx>

למיטב ידיעתי חברת "מדוק" היא היחידה המייבאת בזמינות מידית ועם כל התמיכה הטכנית הדרושה של ציוד הנחשב הטוב מסוגו בתחום.

אודה על טיפולך המהיר

בכבוד רב,

פרופסור מרדכי גוטמן  
מנהל מחלקה כירורגית ב'  
מרכז רפואי שיבא  
טלפון 035308167  
פקס 035308157

יו"ר

איגוד הכירורגים בישראל

---

**From:** דניאלי-פור לירון  
**Sent:** Thursday, January 02, 2014 9:22 AM  
**To:** גוטמן מרדכי, פרופ  
**Subject:** ערכת שטיפה לחלל הבטן בכימו

שלום פרופ' גוטמן,  
בהמשך לשיחתנו אודה על קבלת תיאור הפעולה, כולל לאלו חולים מיועדת, צפי כמות פעולות שנתית, מה נעשה עד היום ואיזו פעולה מקודדת בחדר ניתוח.  
כמו כן אבקש לדעת האם מדובר בספק יחיד?  
תודה על שת"פ  
לירון

לירון דניאל  
רכש ציוד רפואי