

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הכרטיס 5
יחידה מזמינה:	ח.נ. 885
תאריך:	06/08/2015

מדינת ישראל X  
 קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095072468	RANGER PRESSURE INFUSOR 240V-ENG-A

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	תרופארם
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511078610
מספר ספק בשיבא	2290
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 20,500 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2 באוגוסט 2015  
מספרנו: עש/2015-0419  
תיק: 1001, 1111-8

לכבוד  
מר ברונז לביא  
כאן

נכבדי,

הנדון: ח.ג. כללי - חו"ד לרכישת מכשירים למתן עירוני בלחץ

- א. תכתובת מיום 07.08.2014
- ב. מכתב חברת תרופארם מיום 14.08.14
- ג. תכתובת דר' איציק כהן מיום 22.07.15 ו-28.07.15
- ד. חוות דעת משתמש ספק יחיד
- ה. אישור חברת תרופארם בדבר תקפות הצעת המחיר

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 2 יח'.
  2. באוגוסט 2014 בעקבות השבתה של 2 מכשירים ובשל מצב המכשור הקיים (מיושן ומרובה תקלות), הוגשה בקשה על ידי חדר ניתוח כללי לרכישת 2 יחידות חדשות. סימוכין א'.
  3. מימוש הדגם המתאים 90032 תוצרת ARIZANT ממכרז מצ 692/2011 לא התאפשר מכיוון שייצור הדגם הופסק. חברת תרופארם יידעה את בית החולים כי תחל בייבוא דגם חדש מיצרן אחר אשר יוכל להוות תחליף. סימוכין ב'.
  4. באוגוסט 2014 התבצעה בדיקה בחדר הניתוח של דגם נוסף אשר זכה במכרז, דגם 200 תוצרת VBM המיוצגת באמצעות חברת מדטכניקה. דגם זה נמצא לא מתאים והוחלט להמתין להדגמה מטעם חברת תרופארם כיוון שאין חלופה נוספת למכשור מסוג זה.
  5. ביולי 2015 יובא לארץ והובא להדגמה בבית החולים דגם Ranger Pressure Infusor תוצרת M3 באמצעות חברת תרופארם. הדגם נמצא מתאים.
- מדובר במכשיר דומה בהפעלתו ובמבנהו לדגם הקודם אשר ייבאה חברת תרופארם תוצרת ARIZANT. ההבדל המרכזי בין הדגמים הוא כי לדגם החדש הפעלה חשמלית ואיננו פנאומטי.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

6. תכונות המכשיר :

- א. הפעלת לחץ בתחום של 0-300mmHg.
  - ב. המכשיר יאפשר קליטה בו זמנית של 2 שקיות עירווי (בנפחים של 500cc או 1000cc). התקנת שקיות העירווי תעשה למכלי לחץ ולא לשקיות.
  - ג. המכשיר יכלול שעון לחץ והתראות קוליות וויזואליות.
  - ד. לא נדרש סט ייעודי להפעלת המכשיר.
  - ה. מתח הזינה יהיה חד פאזי 230V/50Hz.
7. יש לממש הצעת מחיר 9240439 של חברת תרופארס לדגם Ranger Pressure Infusor תוצרת M3.  
דגם זה מהווה תחליף לדגם זוכה במכרז קודם ומתאים לצרכי חדר ניתוח.  
(ראה אישור תקפות ההצעה - סימוכין ה').
8. בהתאם לכל האמור במסמך זה וחוות דעת משתמש (סימוכין ד'), דגם זה הינו היחיד העונה לדרישות חדר ניתוח ומתאים לעבודה ולצרכי הצוות. למשתמש לא ידוע על מכשירים נוספים העונים לדרישות (ראה מכתבו של דר' איציק כהן מיום 28.07).  
ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק יחיד לרכישה.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

ענבר שושן - Bsc  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעה

העתקים : פרופ' חיים ברקנשטט  
דר' איציק כהן  
מר מאור לוי  
מר מסארווה נדים