

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה/מזמנה:	
תאריך:	

X _____ מדינת ישראל קרן מחקרים

ש לסמן X במקום המתאים)

ול: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

ובקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
החלפת יחידת הפיקוד לאחר שהובהר כי ניזוקה נזק מוחלט מפגיעה חיצונית – דגם מכשיר M.D. ELEVA FD
בחדר שיקופים מס. 8

אם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

יוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X _____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה X

שם הספק:	מדטכניקה
מספר הספק	1773 - 520036195
(ח:פ/ח:צ/ע:מ/מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	12.910.50\$
תקופת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

לפי דרישת הנדסה רפואית 15-004204 חברת מדטכניקה נדרשה להחלפת יחידת המיקוד לאחר שהובהר כי
ניזוקה נזק מוחלט מפגיעה חיצונית בדגם מכשיר M.D.ELEVA FD.
חברת PHILIPS MEDICAL SYSTEMS המיוצגת על ידי חברת מדטכניקה ואין ספק חלופי מורשה לפי מכתבו של דר' יורם שדמי מנהל מחלקת הנדסה רפואית.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

יצחק לוי	רכש	שם בעל הסמכות המקצועית
		תפקיד בעל הסמכות המקצועית

על ידי יחידת המשלוח
שיבא תל השומר
מחלקת מכשירי רפואה
03-530372

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER ST. 15
ISRAEL



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסלול לרפואת הנדסה ביו-רפואית
מחלקת הנדסה ביו-רפואית
תל-השומר 15
ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

TEL 972-3-5303388/3917,50
FAX 972-3-5303387,50

פקודת עבודה מספר

02/02/15 09:11



ש 15-004204

פתוחה

לתשומת לב הספק, יש לצרף עותק מהזמנה זו לחשבונית.

מדטכניקה בע"מ

לכבוד :

כתובת : רחוב התנופה 7 קרית אריה
פתח תקוה

פקס : 03-9249977

טלפון : 03-9254040

חדר שיקופים מס' 8

מספר מכשיר: ME031552

ציוד באחריות

דגם המכשיר: M.D. ELEVA FD

S/N: 45

יצרן המכשיר: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

מחלקה: רנטגן כללי

מק"ט שיבא: 1095060299

פקודת עבודה מיום: 08/01/15

מהות התקלה: נזק מכאני הגורם לתנועות איטיות, תנועה אורכית של השולחן נעה לאט כל המכלול עקום וניזוק. יש

02/02/15

מיום:

94152501084

הצעת מחיר:

14345.00

מחיר:

2582.10

מע"מ:

16927.10

סה"כ:

מכשיר באחריות- נזק

העבודה תבוצע ע"י סוכן יצרן. לא ניתן לבצע ע"י ספק חלופי מורשה

המזמין:

תאריך

הנדסה רפואית

ב"ח שיבא

שם וחתימת מקבל הציוד לתיקון חוץ:

קבלת המכשיר לאחר תיקון

מחלקה

תאריך

שם המקבל

חתימת המקבל

שם המוביל