

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה/מומחנה:	
תאריך:	

X        מדינת ישראל      קרן מחקרים \_\_\_\_\_

X במקום המתאים)

דת המכרזים

**הנדון : חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

ה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>זיהוי מהות ההתקשרות (לקע"פ הוטוהתכונות של הטובין/זיהוי שירות/העבודה)</b>	
זלה במערכת רובוטית דה וינצי - לא ניתן לבצע מיקוד למצלמה התלת מימדית	

זיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?      כן \_\_\_\_\_      לא X \_\_\_\_\_

תקשרות (סמן X במקום המתאים)

X        טובין      שירותים \_\_\_\_\_      ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

ספק:	דובר
הספק:	1399
ת:צ/ע.מ/מספר עמותה)	
ת/הינו:	_____ ספק יחיד <u>√</u> _____ ספק חוץ
שווי ההתקשרות:	\$ 31.000.00
ההתקשרות:	

**ספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**עיפים הבאים:**

1 שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו זיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

ייקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות ו הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

הערות נוספות.

דסה רפואית 15-039604 תקלה במערכת הרובוט הניתוח דה- וינצי .

ויקוד למצלמה התלת מימדית

לה תשלח והיצרן חייב לקבל הזמנה דחופה מביה"ח על מנת לטפל בתיקון המצלמה .

מיוצגת על ידי חברת דובר INTUITIVE SURGICAL SAR

זו הדחופה של דר' שדמי מנהל מחלקת הנדסה רפואית .

שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

: מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

<p>הר"ר דר. דוד רפואי המשולב תחום שיבא תל השומר עוזר רפואי 93-5303772</p>	<p>רכש</p>	<p>מכות המקצועית</p>
<p>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</p>	<p>מכות המקצועית</p>	<p>מכות המקצועית</p>