

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

מס'ד:	הספיקה כח שם
יחידה מזמינה:	מח' סאלה הח' אילא
תאריך:	2/08/15

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
מ'ל
מ'ת' אילא
ג'ס'א

לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____


טובין

שם הספק:	מס'ד
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	1773 -
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 32 398
תקופת ההתקשרות	12 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:-**



לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד-ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר יורם שדמי	מנהל המחלקה להנדסה רפואית
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית
חתימה	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

17 בפברואר 2015
מספרנו: יש/2015-0076
תיק: 5-1120, 4004

לכבוד
פרופי ארי שמיס
כאן

נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2015/אגף יולדות/היח' לניטור יולדות -
חו"ד לרכישת מוניטור מיילדות

תכתובת מיום 9.2.15

בהמשך לסימוכין בוצעה בדיקה ביח' ניטור היולדות ממנה הובהרו הממצאים הבאים:

- קיימות 8 עמדות ניטור.
 - קיימים 6 מוניטורים מדגם ישן M1351A. דגם זה הוכרז ע"י היצרן כמושבת (E.O.L).
 - קיים מוניטור יחיד מדגם עדכני AVALON FM 20 מדצמ' 2008 מותקן ע"ג עגלה.
- יש, איפוא, לממש רכישת כמות של 7 מוניטורים על מנת לאפשר שימוש בכל 8 עמדות הניטור הקיימות.
עקב מגבלות מקום ההתקנה של 7 המוניטורים תהיה כדלקמן:

1 מוניטור ע"ג עגלה ייעודית.

2 מוניטורים ע"ג קיר

4 מוניטורים ע"ג מדפים

מדובר במוניטור מיילדות המאפשר ניטור חיצוני של עובר יחיד ושל תאומים, כאשר ניתן בנוסף לנטר לחץ דם לא חודרני של היולדת (האם).

מדובר במוניטור דגם AVALON FM-20 תוצרת חב' פיליפס מאחר ועליו להיות מקושר למערכת המיחשוב המרכזית מתוצרת PHILIPS (OBTV), המצויה במערך המיילדות לתיעוד, לאיסוף ולאיחזור נתוני המוניטורים. הקישוריות למערכת המיחשוב המרכזית ניתנת אך ורק באמצעות מוניטורים מתוצרת PHILIPS.

המוניטור מדגם זה הינו הגירסה העדכנית של היצרן ועונה על כל הנדרש, וכולל גם כרטיס תקשורת למע' המיחשוב המרכזית.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מוניטור זה מאפשר ניטור עובר יחיד וניטור תאומים באמצעות תוספת מתמר אולטראסאונד על פי הנדרש. אין ספציפיות בדגם זה לניטור תאומים, כל שנדרש הינו תוספת של המתמר בלבד.

לצורך הרכישה מומלץ לממש הצעת מחיר 152501634 מיום 17.2.15 על כל סעיפיה, כאשר:

פריט 1 – המוניטור הכולל ניטור עובר חיצוני, מתמר אולטראסאונד, מתמר טוקו.

פריט 2 – דופק היולדת.

פריט 3 – כרטיס תקשורת למערכת תיעוד מרכזית.

פריט 4 – ניטור תאומים.

פריט 5 – לחצן לשימוש היולדת להודעה על קיום צירים.

פריטים 6+7 מתלה קיר למוניטור.

פריט 8 – עגלה ייעודית.

פריטים 9+10 – מתאם לחיבור המוניטורים למע' ה-OBTV.

ההצעה כוללת את התקנת 2 המוניטורים ע"ג הקיר שתבוצע ע"י חב' מדטכניקה.

לנוכח האמור לעיל ניתן לראות את חב' PHILIPS, באמצעות נציגותה בארץ, חב' מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: ד"ר אורית מורן
מר ברונו לביא