

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שינא**

**תל- השומר**

משרד:	(מכירת בית ליד)
יחידה מזמינה:	אכיל אונקולוג
תאריך:	1/10/15

X        מדינת ישראל      קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

גל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

זבקשה מסתכמת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
במאיץ מסוג TRUBEAM מס. 1088 שנמצא במכון אונקולוגי אירעה תקלה בחלק RF DRIVER.

זאם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?      כן             לא X

זוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X      שירותים             ביצוע עבודה       

שם הספק:	אי.א.ס.אי
מספר הספק:	1102-520030784
(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>✓</u> ספק חוץ <u>      </u>
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$47872.40
תקופת ההתקשרות:	12 חודשים

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **נימוקים והערות נוספות.**


<b>לפי דרישת הנדסה רפואית 15-000128 - במאיץ מסוג TRUBEAM מס 1088 תקלה בחלק RF DRIVER</b>
<b>ועקב כך המכשיר הושבת.</b>
<b>אין אפשרות לתקן את החלק.</b>
<b>חברת VARIAN המיוצגת על ידי אי.אס.אי בארץ הינם ספק בלעדי לרכישה זו.</b>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

יצחק לוי	רכש	שם בעלה סמכות המקצועית
		תפקיד בעלה סמכות המקצועית

  
 החתום והמאשר היחיד  
 מנהל חשבון חשבון  
 רפואי  
 03-530377  
 03-530372

לוי יצחק

מאת: שדמי יורם, דר  
נשלח: יום חמישי 26 פברואר 2015 11:35  
אל: ברקוביץ רחל  
עותק: לוי יצחק; דר גיל  
נושא: ועדה תיקון המאיץ RE:

שלום רב

במאיץ הקווי שבחדר 8 של המכון האונקולוגי קיים מחולל גלי RF (גלי רדיו) שמשמש להאצת האלקטרונים במאיץ.

מחולל זה התקלקל וביורור עם היצרן באמצעות נציגותו המקומית חב' ISI, הוברר שנדרשת החלפתו.

חב' VARIAN ונציגתה בארץ חב' ISI הינם ספק יחיד לרכישה זו.

אודה לטיפולכם בהוצאת הזמנה למחולל הנדרש.

בכרכה,

דר' יורם שדמי

מנחל המחלקה להנדסה רפואית

מרכז רפואי שיבא

From: ברקוביץ רחל  
Sent: Wednesday, February 25, 2015 4:31 PM  
To: שדמי יורם, דר  
Cc: לוי יצחק; דר גיל  
Subject: ועדה תיקון המאיץ

יורם,

אנא כמה מילים על א.א.ס.א.י ספק יחיד שיכול לתקן המאיץ לוועדה.

תעביר לאיציק בבקשה אני בחופש מחר.

שיוכל להעביר לוועדה שתתקיים ביום ב'.

תודה

רוחלה