

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות ביחל סלון
יחידה מזמינה:	למחלקת סקר. א. 311
תאריך:	8.10.13

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095063434	SPECTROPHOTOMETER MODEL : ND-2000C

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים _____ ביצוע עבודה _____

טובין

שם הספק:	ברגל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה:	511311458
מספר ספק בשיבא	2855
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$11500 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6 באוקטובר 2015
מספרנו: יש/2015-0501
תיק: 7010, 1207

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: הצטיינות 2016/מעבדת סקר יילודים – חו"ד לרכישת ספקטרופוטומטר

א. תכתובת פרופ' סומך מיום 5.8.15
ב. דוא"ל שלך מיום 6.8.15

1. בהמשך לסימוכין יש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.

2. מדובר בספקטרופוטומטר בעל התכונות:

א. גודל דגימה מינימלי – 0.5µl.

ב. הכנה פשוטה למדידה (ללא קיווטה) לביצוע מדידות בליעה.

ג. תחום אורכי גל – 190-840nm ובדיק של 1nm.

ד. זמן מדידה מקסימלי – 5 שניות.

ה. ריכוז דגימה – 2-15000ng/ul.

3. בבית החולים 12 מכשירים מהדגמים ND-1000, ND-2000 ו-ND-2000C תוצרת חב' Thermo Scientific. לעומת מכשירים אחרים המצויים בשוק, נקבע כי המיכשור ייחודי בכל הקשור לגודל הדגימה והכנתה (סעיפים 2א', ב', ה'), כך שניתן לראות ביצרון ובנציגו ספק יחיד (ראה סימוכין המחזק קביעה זו).

4. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' 82721, מיום 20.1.15, של חב' ברגל, לדגם ND-2000 תוצרת Thermo Scientific.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.

הבהרה:

עבור המכון לחקר לוקמיות בילדים ועבור המכון הגנטי ניתנו חו"ד דומות מאחר ואין מתחרה לדגם המוצע (פוטנט ייחודי של היצרן האמריקאי).

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+סימוכין

העתקים: פרופ' ר. סומך
מר גיל דר