

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095071049	VOLUSON P8

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	אלדן
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510848690
מספר ספק בשיבא	1148
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד    ✓ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 48,300 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

25 באוגוסט 2015  
מספרנו: יש/2015-0453  
תיק: 3-1125, 4001

לכבוד  
מר ברונו לביא  
מר גיל דר  
כאן

נכבדי,

הנדון: אגף נשים/מרפאת הריון בסיכון גבוה – חו"ד לרכישת אולטראסאונד

דוא"ל פרופ' אחירון מיום 2.8.15  
דוא"ל פרופ' שמחן מיום 17.8.15

1. בהמשך לסימוכין אכן נדרשת רכישת שני מכשירי אולטראסאונד לאפליקציה גניקולוגית עבור שני חדרי בדיקה חדשים שבמרפאת HIGH RISK.
2. כל מיכשור האולטראסאונד בגניקולוגיה מבוסס על תוצרת GE לשביעות רצון המשתמשים.  
נסיון בשנה החולפת עם מיכשור מתוצרת פיליפס לא הניב תוצאות חיוביות והיה צורך בהחלפתו.  
מאחר ובפועל קיימים שני מכשירים מדגם VOLUSON P8, על מנת לשמור על אחידות המכשור, וכדי למנוע טעויות בהפעלה, יש להוסיף 2 מכשירים מדגם זהה לקיים, מצב שיאפשר בין היתר העברת מתמרים וגיבוי הדדי בעת הצורך.
3. יש לממש הרכישה לשני המכשירים במסגרת ובתנאי הליך שידרוג של 16 מכשירי האולטראסאונד שבוצע באגף הגניקולוגי שכולו מתוצרת GE.  
הרכישה תכלול ספרי הפעלה.  
תקופת אחריות תינתן כמקובל – 24 חודשים.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: פרופ' ר. אחירון  
פרופ' מ. שמחן