



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 141461

יחידה מזמינה: מכון גנטי

מהות הרכישה: החלפת שפורפרת לייזר באנלייזר גנטי SEQUENCER במכון גנטי

ערך בשקלים: _____

סכום הרכישה מטבע ספק: 65,013 ש"ח (כולל מע"מ)

ספק פוטנציאלי: רניום ציוד למעבדות

הוועדה התכנסה בתאריך 2.3.15 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:

שמואל עמר

עו"ד רות פרי

יוסף שחר

מיכל אריאל

רויאל שירן בן זאב

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

14-14-6A

27 בינואר 2015

סימוכין: 29-01

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

שלום רב,

**הנדון: החלפת שפופרת לייזר במכשיר לבדיקת רצף גנטי (SEQUENCER)
של המכון הגנטי**

שפופרת הלייזר של המכשיר שבנדון הגיעה לסוף דרכה ויש להחליפה, לאחר שמוש של כ – 3 שנים.
זמן פעולה זה הוא מעבר לזמן הממוצע המקובל לשפופרת כנייל.

היות וחבי' רניום היא הנציגה הבלעדית בארץ של יצרן המערכת, חבי' APPLIED BIOSYSTEMS ובידה בלבד הידע והחלפים הדרושים לבצוע עבודת התיקון וההחלפה – ממליץ לראות בה יחיד למקרה זה.

בברכה,

ד"ר ולנטין וינטראוב
מנהל מחלקת הנדסה רפואית