

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	החקלאות
יחידה מזמינה/מכון	המכון הוטרינרי ע"ש קמרון
תאריך חוות דעת:	16 נובמבר 2015
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה **◆ (29)3 / (31)3** לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	נאוטק ביו בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	515157946
ספק זה הנו:	ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	145,840.50 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	עד סוף 2016

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

רכישת מכשיר FluHema לקריאת מבחן קשירת המשלים. במסגרת תכנית ביעור ברוצלזיס בנגב המשתרע על פני 5 שנים, נקבע שמספר בדיקות הנסיוב שיבדקו יעלה לכ-5000 עד 6000 לשבוע לעומת 500-1000 בדיקות המתבצעות היום. הדרך היחידה להתמודד עם מספרי בדיקות אלו היא מעבר לטכנולוגיה ממוכנת בכל שלבי הבדיקה. אנו נעבור לשיטה של דגימות עם ברקוד אשר יזוהו ע"י רובוט המסוגל לבצע את כל תהליכי הבדיקה עד לקריאת התוצאות. מכשיר ה-FluHema הוא היחיד בעולם (ע"פ כל הבדיקות שעשיתי) המסוגל לפענח את תוצאות מבחן קשירת המשלים (complement fixation) ולהעביר תוצאות אלו באופן דיגיטלי ואוטומטי למערכות ניהול מעבדות (StarLIMS במקרה של המכון הוטרינרי) כך שאין מעורבות אדם בתהליך תזרים המידע. הרשום והקלדה הידנית של תוצאות הבדיקות המתבצעות היום נתונים לטעויות אנוש שעלולות להוביל למתן תוצאות שגויות, דבר שהתגלה לאחרונה עם השלכות קשות. מכשיר ה-FluHema הודגם ונבדק במעבדתנו לשיעור רצוננו. המכשיר הינו פיתוח ישראלי ומיוצר בארץ. הוא מאושר ע"י ה-WHO וה-FAO ונמכר למעבדות ברחבי העולם.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
 2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
 3. נימוקים והערות נוספות
- לאחר בדיקה מורחבת ומעמיקה הריני לאשר כי חברת נאוטק ביו היא היחידה המסוגלת לספק מכשיר זה בעולם, ולכן אבקש לאשר אותה כספק יחיד.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

דר' מיכאל ברנשטיין	אחראי תחום גורמי הפלה	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה