





אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד


מס' ועדה: <u>151555</u>	יחידה מזמינה: <u>חדר ניתוח</u>
מהות הרכישה: <u>שדרוג 8 מודלים למוניטורים הרדמה עבור חדר ניתוח</u>	
ערך בשקלים: _____	סכום הרכישה מטבע ספק: <u>247,000 (כולל מע"מ)</u>
ספק פוטנציאלי: <u>לבנט</u>	


הוועדה התכנסה בתאריך 30-1-15 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


רו"ח שפיין בן זאב


שמואל עמר


עוי"ד רות פרוי


יוסי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208 מקס: 03-6973440/4985

תאריך: 21/07/2015
סעיף תקציבי 51

לכבוד:
ועדת רכש
כאן


הנדון: רכישת מודולים עבור מוניטורים הרדמה

ב.ח.נ., נמצאים מאז שנת 2000 23 מוניטורים מודולריים לשימוש בניטור המורדמים בחדרי ניתוח. דגמי המודולים שהתקבלו לא ניתנים לתיקון או להחלפה עם אותם דגמים (הדגמים יצאו מפס היצור) ויש צורך ברכישת מודולים מדור חדש כדי לאפשר המשך שימוש במוניטורים הקיימים עד לרכישת מוניטורים מדגם חדש. כדי לאפשר המשך תפקוד ממליץ לרכוש

- מודול מדידת גזים וספירומטריה מק"ט GEM-1184847, דגם E-SCAIOV – 3 יחידות
- מודול המודינמי. מק"ט GEM-1191917, דגם E-PSMP (כולל כל האביזרים) – 5 יחידות

לא ניתן לרכוש מודולים מיצרן או ספק אחר כדי להתאים למוניטורים תוצרת DATEX/GE הקיימים בבית החולים, לכן הספק לבגט טכנולוגיות ספק יחיד

בברכה
דנרן לאקה
מהנדס מכשור רפואי


דנרן לאקה
ראש מדע
חדר ניתוח והנשמה
מחלקת הנדסה רפואית