

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ | מספר הוראת 7.8.2 | מספר הוראת 7.8.1 |
| | מספר סופסוף 7.8.1 | |

| | |
|--------------------|--------------|
| שירותים וטרינריים | משרד |
| חטיבה לוויורולוגיה | חוליה משנייה |
| 28.6.15 | תאריך |

אל: ועדת המכרזים
המזון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מפורט והתקשרות (הקל ופריט חיוניות של הסובין העבודה)
 המכשיר הנדון immuniPure C-12 של חברת AnalytikJena הינו עמדת רובוט להפקת חומצות גרעין גיפיים. העמדה בעלת חשיבות גדולה עבור המעבדה למילוי תפקידה. ספק המכשיר הוא חברת דנאל ביוטק.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

| | |
|--|---|
| שם הספק: | דניאל ביוטק |
| מספר הספק (ת.פ.ח.ל.ע.מ.ס.פ.כ.ע.ח.נ.ה): | 512664814 |
| ספק זה הנו: | <input type="checkbox"/> ספק חוץ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד |
| אומדן / שווי הממשלתי: | 5,126.53 ש"ח כולל מע"מ |
| תקופת ההתקשרות: | |

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| מספר הוראה: 7.8.2 | שם הספק: תאגיד המכשירים והמכשור |
| מספר טופס: 7.8.2.1 | פרק משני: פקודת ממכר |

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

ברשותינו עמדה רובוטית להפקת חומצות גרעין innopure c12. המכשיר תלוי בתקינותו של ה sample-tray לבצע את ההפקות. ה tray, או שולחן העבודה, התקלקל וחייבים להחליפו. מאחר ששולחן זה הוא ייחודי אך ורק למכשיר הנ"ל אין אפשרות אחרת אלה רק לרכוש את החלק הנידון אך ורק מחברה הייצרנית AnalytikJena. לא רק זאת, אין שום ספק אחר בארץ ובעולם היכול לנפק את השולחן. מסיבה זו יש לאשר כספק יחיד את חברת דנאל ביוטק עבור שולחן זה.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכר.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------|
|  | ראש היחידה לוירולוגיה מולקולרית | דר. יהודה שטרם |
| חתימה | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | שם בעל הסמכות המקצועית |